


Harmony™ Harmony™ Pump & Feed Set

*No. 1 choice
of hospitals
& mothers*

EN Instructions for use | DE Gebrauchsanweisung
FR Mode d'emploi | IT Istruzioni per l'uso
NL Gebruiksaanwijzing | ID Petunjuk penggunaan



Thank you for choosing the Harmony breast pump. Breast milk is the natural choice for your baby, but there are reasons and situations where breastfeeding is not possible. For over 50 years, it has been Medela's conviction that these mothers and babies can be supported. In close cooperation with breastfeeding experts, Medela, one of the market leaders, has researched and developed breast pumps that perfectly meet the needs of breastfeeding mothers. For mothers who insist on the best for their babies and themselves. Because you care.

Herzlichen Dank, dass Sie sich für die Milchpumpe Harmony entschieden haben. Muttermilch ist an sich das Beste für Ihr Baby, doch es gibt Gründe und Situationen, die das Stillen nicht ermöglichen. Als einer der Marktführer setzt sich Medela seit über 50 Jahren mit Überzeugung für das Wohl von Babys und Müttern ein. In Zusammenarbeit mit Stillexperten und führenden Forschern hat Medela Milchpumpen entwickelt, die optimal auf die Bedürfnisse stillender Frauen abgestimmt sind. Für Mütter, die nur das Beste für sich und ihr Baby wollen. „Because you care.“

Medela vous remercie d'avoir acheté un tire-lait Harmony. Le lait maternel est ce qu'il y a de plus naturel pour votre enfant, mais dans certaines situations l'allaitement au sein n'est pas toujours possible. Depuis plus de 50 ans, Medela s'est donné comme mission de supporter ces mamans et bébés en difficulté. C'est en travaillant en étroite collaboration avec des experts en matière d'allaitement maternel, que Medela, un des leaders du marché, a pu développer d'après des preuves scientifiques, des tire-laits répondant parfaitement aux besoins des mamans allaitantes. Pour les mamans qui ne veulent que le meilleur pour elles et leurs bébés. « Parce que votre bien-être est important pour nous. »

Grazie per aver scelto il tirallatte Harmony. Il latte materno è la scelta naturale per il tuo bambino, ma in alcuni casi non è possibile allattare al seno. Da oltre 50 anni Medela è impegnata ad aiutare madri e bambini che si trovano in questa situazione. In stretta cooperazione con gli esperti di allattamento al seno, Medela, uno dei leader del mercato, ha condotto ricerche volte a sviluppare tirallatte che soddisfino pienamente le esigenze delle mamme che allattano. Per madri che vogliono il meglio per i loro bambini e per loro stesse. „Because you care“.

Hartelijk dank dat u voor de Harmony borstkolf hebt gekozen. Moedermelk is een natuurlijke keuze voor uw baby, maar er zijn redenen en omstandigheden waarin het niet mogelijk is om borstvoeding te geven. Medela is er al meer dan 50 jaar van overtuigd dat deze moeders en baby's met speciale oplossingen ondersteund kunnen worden. In nauwe samenwerking met borstvoedingsdeskundigen heeft Medela, als een van de marktleiders, na uitvoerig onderzoek borstkolven ontwikkeld, die perfect aansluiten op de behoeften van moeders die borstvoeding geven. Voor moeders die het beste willen voor hun baby en voor zichzelf. Uit liefde.

Terima kasih telah memilih pompa ASI Harmony. ASI adalah pilihan alami bagi bayi Anda, tetapi situasi dan kondisi kadang membuat menyusui tidak mungkin. Selama lebih dari 50 tahun, Medela yakin ada yang dapat dilakukan untuk membantu ibu-ibu dan bayi-bayi ini. Medela, salah satu pemimpin pasar, bekerja sama dengan pakar per-ASI-an, berhasil meneliti dan mengembangkan pompa ASI yang benar-benar memenuhi kebutuhan ibu menyusui. Untuk para ibu yang menginginkan yang terbaik bagi bayi mereka juga mereka sendiri. Karena Anda peduli.

EN

4–31

DE

32–59

FR

60–87

IT

88–115

NL

116–143

ID

144–170

Table of Contents

1. Intended Use/Population – Contraindication	5
2. Meaning of symbols	6
3. Important safety information	8
4. Product description	10
4.1 Harmony - light, convenient, clever	10
4.2 Product parts	11
5. Cleaning	12
5.1 Before using for the first time and after every use	12
5.2 Before using for the first time and once a day	14
5.3 Cleaning - summary	16
6. Preparing for pumping	18
6.1 Assembling the handle	18
6.2 Assembling the pump set	18
6.3 Placing the breast shield	20
7. Expression	22
8. Storing and thawing breast milk	24
8.1 Storage	24
8.2 Freezing	24
8.3 Thawing	24
9. Feeding breast milk	25
10. Troubleshooting	26
11. Disposal	27
12. Complete care during breastfeeding time	28
13. Technical specifications	171

1. Intended use/Population – Contraindication



5

The intended use and indications of breast pumps

Breast pumps are intended to be used by lactating women in the hospital or home environment for expressing breast milk. Breast pumps are indicated to alleviate the symptoms of engorgement by expressing milk. In case of mastitis, breast pumps support the healing process by removing breast milk from the affected breast. Breast pumps are indicated to relieve sore and cracked nipples and to bring out flat or inverted nipples. Also breast pumps enable mothers to provide breast milk for babies who cannot feed directly at the breast for a variety of reasons such as latch-on problems, cleft palate or premature babies.

Intended patient population/user

Adolescent paediatric or adult lactating women. Many women find it convenient, or even necessary, to use a breast pump to express and store their breast milk once they have returned to work, are travelling or are otherwise separated from their baby. Women are often delighted to learn that a breast pump can be used as a supplement to breastfeeding and that some pumps are designed to mimic the sucking of a nursing baby.

Contraindications

There are no known contraindications for the Harmony breast pump.

2. Meaning of symbols

6

The warning symbol identifies all instructions that are important for safety. Failure to follow these instructions can lead to injury or damage to the Harmony breast pump! There are several warning symbols. Each symbol is used together with a specific word. The warning symbol/word combinations stand for:



Caution

Failure to follow instructions of this type can lead to (minor) injury or contamination/growth of bacteria.



Note

Failure to follow instructions of this type can lead to material damage.



Info

Useful or important information that is not related to safety.

Symbols on the packaging



This symbol indicates that the material is part of a recovery/recycling process.



This symbol indicates a carton package.



This symbol indicates to keep the device away from sunlight.



This symbol indicates to handle the fragile device with care.



This symbol indicates the temperature limitation for operation, transport and storage.



This symbol indicates the humidity limitation for operation, transport and storage.



This symbol indicates the atmospheric pressure limitation for operation, transport and storage.



This symbol indicates to keep the device dry.



This symbol indicates that the packaging contains products intended to come in contact with food according to regulation 1935/2004.



This symbol indicates the unique GSI Global Trade Item Numbers (GTIN).



This symbol indicates to follow the instructions for use.



This symbol indicates the manufacturer.



This CE symbol indicates the compliance of the Harmony breast pump with the essential requirements of the Council Directive 93/42/EEC of 14 June 1993 concerning medical devices.

Symbols on the device



This symbol indicates the recycling code (here 05 for material made of polypropylene PP).



This symbol indicates the recycling code (here 7 for all material that is not specified by the other recycling codes).

PP

This code indicates the use of polypropylene.



This CE symbol indicates the compliance of the Harmony breast pump with the essential requirements of the Council Directive 93/42/EEC of 14 June 1993 concerning medical devices.

3. Important safety information

8



For your child's safety and health
CAUTION!
Failure to follow the safety information
on these pages can lead to danger.

Device



The Harmony breast pump is not heat-resistant: keep away from radiators and open flames.



Do not expose the Harmony breast pump to direct sunlight.



Check the breast pump's components for wear or damage.
Never use a defective device. Throw a part away at first signs of damage or weakness.

Important:

- I Plastic bottles and component parts become brittle when frozen and may break when dropped.
- I Also, bottles and component parts may become damaged if mishandled, e.g. dropped, over-tightened or knocked over.
- I Take appropriate care in handling bottles and components.
- I Do not use the breast milk if bottles or components become damaged.

Use



Use the Harmony breast pump only for its intended use as described in this manual.



Supervision is necessary when you use the Harmony breast pump in the vicinity of children. Keep all parts that are not in use out of children's reach.



Contact your lactation consultant or physician if you experience problems or pain.



This is a single user product. Use by more than one person may present a health risk.

4. Product description

10

4.1 Harmony – light, convenient, clever



By buying the Harmony breast pump, you have chosen well: Harmony is the first manual breast pump based on 2-Phase Expression Technology. This technology mimics your baby's natural sucking rhythm. The pump's ergonomic handle allows you to alternate between short movements to stimulate and longer ones, to express the milk. Just like your baby sucks when it is being fed on your breast. As a result, you can express more milk in less time.

The Harmony breast pump is ideal for occasional usage. For example, if you need to leave your baby alone for short periods, e.g. to do sports or have an evening out. Or if you want to involve your partner in breastfeeding. You can also use Harmony in addition to a rental pump. Harmony can also help to overcome health problems, such as sore, flat or inverted nipples.

The main features of your Harmony breast pump are:

- I Easy to assemble, use and clean
- I Silent and discreet pumping
- I Light to transport, leaving you independent and mobile



Harmony includes the breast pump only.

Harmony Pump & Feed Set includes the breast pump, Calma Solitaire and four disposable nursing pads.

Throughout the instructions for use the name Harmony refers to both versions of the pump unless otherwise specified.

4.2 Product parts

You can find spare parts and accessories available for order in chapter 12.



* for other breast shield sizes, see chapter 12

5. Cleaning

12



Caution

- I Take apart and wash all parts that come in contact with the breast and breast milk immediately after use, to avoid the drying up of milk residues and to prevent growth of bacteria.**
- I Only use drinking-quality water for cleaning. To avoid contamination, do not touch the inside of the parts after cleaning.**
- I Do not clean the pump set with a sharp object (such as a toothpick).**
- I Take care not to damage parts of the pump set during cleaning.**
- I Some parts of the Harmony pump set are very small (e.g. the O-ring or the valve membrane). Check that no parts are missing when you reassemble the pump set after cleaning.**



Note

- I The pump set requires no maintenance.**
- I If you clean the individual parts of the pump set in a dishwasher, parts may change in colour. This has no impact on the function.**
- I Do not leave (parts of) the pump set in direct sunlight or heat.**
- I Do not use chemical sterilisers.**

5.1 Before using for the first time and after every use

1



Disassemble the pump set into its individual parts.

4



Rinse all parts with cold, clear water (approx. 20 °C) for 10–15 seconds.

2



Rinse all parts with cold, clear water (approx. 20 °C). Check the parts for damage and throw away at first signs of damage or weakness.

3



Clean all parts with plenty of warm soapy water (approx. 30 °C).

5



Dry with a clean cloth or leave to dry on a clean cloth.

or

6



If you clean the individual parts of the pump set in the dishwasher, place them on the top rack or in the cutlery section.

As an alternative to steps 2, 3 and 4.

5. Cleaning

14



Caution

- I Do not drop the parts of the pump set into boiling water.
- I To avoid contamination, do not touch the inside of the parts after sterilisation.
- I **Take apart and wash all parts that come in contact with the breast and breast milk immediately after use to avoid drying up of milk residues and to prevent growth of bacteria.**
- I Only use drinking-quality water for cleaning.



Note

- I When you boil the parts of the pump set, you could add a tea-spoon of citric acid to avoid a build-up of limescale. When you use citric acid, minor traces might remain on the pump parts. Use drinking-quality water to wash them off. Dry the parts as shown in figure 3 to the right.

5.2 Before using for the first time and once a day

1



Disassemble the pump set into its individual parts.

3



Dry with a clean cloth or leave to dry on a clean cloth. Store the clean parts in an air-permeable, clean bag/container, or in an air-permeable, clean paper/cloth until next use.

2a



Cover all parts with water and boil for five minutes.

or


2b



Use a Quick Clean Microwave Bag* in accordance with the instructions.

5.3 Cleaning – summary

16



✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Y

2

2

✓

✓

v

✓

1

✓

✓

v

✓

2

—

✓

y

2

2



6. Preparing for pumping

18



Caution

I Wash your hands thoroughly (for approx. one minute) with soap and water before you touch your breast and the pump parts.



Note

- I Only use Medela original accessories.
- I Check that the (white) O-ring is still placed around the stem:



O-ring

Stem

The O-ring makes a sealed connection between the handle and the 2-component connector possible. This is necessary to build up a vacuum.



Info

- I Carry out all steps with care and assemble the pump set correctly for optimum performance.

6.1 Assembling the handle

1



Insert the stem (with the O-ring) into the hole on the upper side of the diaphragm. The stem and diaphragm are parts of the pump's handle.


6.2 Assembling the pump set

1



Carefully insert the breast shield into the top opening of the connector.

2




Make sure the oval shaped base of the stem has the right position in the diaphragm.

3



Place the diaphragm into the pump handle. Press down firmly around the entire edge to ensure a proper seal.

2



Place the valve membrane in a horizontal position on the valve head. Carefully push the knob on the membrane's back into the smallest hole of the head until it engages. The membrane must lie flat on the head.

3



Push the valve head onto the inner ring of the connector. The valve head must be positioned sideways (as you can see in the above picture).

6. Preparing for pumping

20

6.2 continued

4



Screw the bottle onto the connector.

5



Insert the stem of the handle assembly into the opening on top of the connector. Push until the stem locks into place.

6.3 Placing the breast shield

1




Wipe your breast with a warm cloth (do not use alcohol). Place the breast shield on your breast so that your nipple is properly centred in the tunnel.

2



Hold the breast shield onto your breast with your thumb and index finger. Support your breast with the palm of your hand.

Does your breast shield fit?



It is important that the breast shield fits correctly. A properly fitting breast shield ensures comfort and efficient milk expression. Figure A above shows a breast shield that is the correct size. The breast shield in figure B is too small, the one in figure C too large.

Answer the following questions to find out whether your breast shield fits correctly:

! Is your nipple moving freely in the tunnel of the shield?

! Is no or a minimal part of your areola being pulled into the tunnel of the breast shield?

! Do you see a gentle, rhythmic motion in the breast with each cycle of the pump?

! After pumping, does your breast feel much less full, with no areas of hardness?

! Is your nipple pain-free?

If the answer to all of these questions is “Yes”, then your breast shield fits correctly.

If the answer to any of these questions is “No”, or if you experience problems or pain during expression, your breast shield may not be the right size. Medela offers five different sizes of the PersonalFit™ breast shield. Consult your breastfeeding and lactation consultant or midwife for advice.

7. Expression

22



Caution

- | Wash your hands thoroughly (for approx. one minute) with soap and water before you touch your breast and the pump parts.
- | Contact your midwife or breast-feeding and lactation consultant if you can express only minimal or no milk or if expression is painful.



Note

- | Do not hold the pump set by the bottle. This can lead to engorgement and blockage of the milk ducts.
- | Only fill the bottle to the 150 ml mark.

1



Start pumping with stimulation: press down the smaller part of the handle. This is the part with the milk drops on top. Press and release quickly, again and again, until your milk starts to flow.

→ The Stimulation mode mimics your baby's initial rapid sucking. It is designed to stimulate the milk flow.

2



Once your milk starts to flow, switch to expression: press down the lower, longer part of the handle. By doing so, you build up a vacuum that facilitates the milk flow. You control the level of the vacuum with the speed of the handle stroke and the compression that is created. Decide yourself which pumping rhythm is the best for you.

- The Expression mode mimics your baby's slower, more relaxed sucking. It is designed to maximise the milk flow.

3



Stop pumping when you feel that the milk does not flow anymore or when the bottle is full. Use the stand to prevent the bottle from tipping over.

4



Clean as described
in chapter 5

Unscrew the bottle from the connector. Close the bottle with the multi lid. Store the breast milk (follow the instructions in the next chapter, chapter 8).

8. Storing and thawing breast milk

24

8.1 Storage

Storage guidelines for freshly expressed breast milk

(For healthy term babies)

Room temperature	Refrigerator	Freezer	Thawed breast milk
4–6 hours at 19 to 26 °C (66 to 78 °F)	3–8 days at 4 °C (39 °F) or lower	6–12 months –18 to –20 °C (0 to 4 °F)	In refrigerator for 10 h max. Do not refreeze!

I Do not store breast milk in the door of the refrigerator. Instead choose the coldest part of the refrigerator (this is at the back of the glass shelf above the vegetable compartment).

8.2 Freezing

I You can freeze expressed breast milk in milk bottles or “Pump & Save”^{**} bags.

Do not fill the bottles or bags more than $\frac{3}{4}$ full to allow space for possible expansion.

I Label the bottles or “Pump & Save” bags with the date of expression.

8.3 Thawing



Caution

Do not thaw frozen breast milk or do not warm breast milk in a microwave or a pan of boiling water to avoid loss of vitamins, minerals and other important ingredients and to prevent burns.

I In order to preserve the components of the breast milk, thaw the milk in the refrigerator overnight. Alternatively, you can hold the bottle or “Pump & Save” bag under warm water (max. 37 °C).

I Gently swirl the bottle or “Pump & Save” bag to mix any fat that has separated. Avoid shaking or stirring the milk.

* More information at www.medela.com

9. Feeding breast milk

i Info

Medela recommends Calma for feeding breast milk.

With Calma

! your baby can feed, pause and breathe regularly.

! milk will flow when a vacuum is created.

! your baby's natural feeding behaviour will be maintained, supporting easy transition back to the breast.



Calma – unique feeding solution for breast milk.

You can find detailed information about Calma on the Medela website (www.medela.com).

As a result of its comprehensive research work, Medela is one of the first companies in the world to incorporate babies' breastfeeding behaviour into its 2-Phase Expression and Calma innovations. 2-Phase Expression mimics the baby's natural sucking rhythm to express more milk in less time. Short, stimulating patterns are followed by longer ones, providing optimal milk flow. The unique Calma breast milk feeding device allows the baby to pause and breathe during feeding whilst maintaining the suckling behaviour learned at the breast. Developed for a great breastfeeding experience.



* Calma is included in the Harmony Pump & Feed Set only. It is also available separately; please refer to chapter 12.

10. Troubleshooting

26

Problem	Solution
If there is low or no suction	- Make sure the yellow valve head and the white membrane are clean and not damaged. - Make sure the membrane lies flat on the valve head. - Make sure the valve head is positioned sideways on the connector. - Make sure the components of the handle are assembled correctly. - Check all connections. - Make sure the breast shield forms a complete seal around the breast.
If there is no milk flow	- Ensure your breast pump is assembled correctly and there is suction. - Relax and take a 10-15 minute break if expression is not achieved after two consecutive pumping sessions. - Consult your breastfeeding and lactation consultant or midwife if expression still does not occur.

In the case of a product failure, please contact your local subsidiary.
You can find the addresses on the reverse of this instruction manual.

11. Disposal

The Harmony breast pump is made of plastics.
You must dispose of it in accordance with local regulations.



12. Complete care during breastfeeding time

28

The following product variants, spare parts, consumables and accessories for the Harmony breast pump are available from Medela distribution partners. You can order a product by specifying the product name or the corresponding product (article) number.

Product variants

Article number	Product
005.2055	Harmony™ EN/NL/FR
005.2066	Harmony™ Pump & Feed Set EN/NL/FR

Spare parts

Article number	Product
099.0259	Harmony Handle
099.0260	Harmony Membrane complete

Consumables

Article number	Product
800.0727	Valves & Membranes - Extra parts for use with Harmony, Swing, Base, Mini Electric, Lactina and Symphony. Consists of two valve heads and six membranes.

Accessories

Article number	Product
008.0337	PersonalFit™ Breast shield S (21 mm)
008.0338	PersonalFit™ Breast shield M (24 mm)
008.0339	PersonalFit™ Breast shield L (27 mm)
008.0340	PersonalFit™ Breast shield XL (30 mm)
008.0341	PersonalFit™ Breast shield XXL (36 mm)
800.0796	Breast milk Bottles 150 ml – 3 pcs.
200.1659	Breast milk Bottles 250 ml – 2 pcs.
008.0315	Pump & Save™ Breast milk Bags
008.0139	Calma Solitaire



Other Medela products are available at www.medela.com



Inhaltsverzeichnis

1. Verwendungszweck/Zielgruppe - Kontraindikationen	33
2. Bedeutung der Symbole	34
3. Wichtige Sicherheitshinweise	36
4. Produktbeschreibung	38
4.1 Harmony – leicht, praktisch, clever	38
4.2 Bestandteile	39
5. Reinigung	40
5.1 Vor Erstgebrauch und nach jedem Gebrauch	40
5.2 Vor Erstgebrauch und einmal täglich	42
5.3 Reinigung – Zusammenfassung	44
6. Vorbereitung des Abpumpens	46
6.1 Den Griff zusammensetzen	46
6.2 Zusammensetzen des Pumpsets	46
6.3 Die Brusthaube anlegen	48
7. Abpumpen	50
8. Aufbewahren und Auftauen der Muttermilch	52
8.1 Lagerung	52
8.2 Einfrieren	52
8.3 Auftauen	52
9. Füttern von Muttermilch	53
10. Fehlerbehebung	54
11. Entsorgung	55
12. Rundum versorgt in der Stillzeit	56
13. Technische Daten	171

1. Verwendungszweck/Zielgruppe - Kontraindikationen



33

Verwendungszweck und Indikationen für Milchpumpen

Milchpumpen dienen dazu, dass stillende Frauen im Krankenhaus oder zu Hause Muttermilch abpumpen können. Milchpumpen dienen dazu, die Symptome von Milchstau durch Abpumpen der Milch zu lindern. Im Fall einer Brustdrüsenentzündung (Mastitis) unterstützen Milchpumpen den Heilungsprozess durch Entleerung der betroffenen Brust. Milchpumpen sind dazu geeignet, bei wunden oder rissigen Brustwarzen Linderung zu verschaffen sowie Flach- oder Hohlwarzen hervorzuholen. Überdies bieten Milchpumpen Müttern die Möglichkeit, Babys mit Muttermilch zu füttern, die wegen verschiedener Probleme, wie Saugposition, Gaumenspalten oder Frühgeburt, nicht direkt an der Brust trinken können.

Patientinnenzielgruppe / Benutzerinnen

Jugendliche oder erwachsene stillende Frauen. Viele Frauen finden es praktisch, oft sogar unerlässlich, eine Milchpumpe zum Abpumpen und Aufbewahren der Muttermilch zu verwenden, wenn sie wieder zu arbeiten beginnen, auf Reisen oder aus anderen Gründen von ihrem Baby getrennt sind. Sie sind häufig erfreut, wenn sie erfahren, dass Milchpumpen als Ergänzung zum Stillen an der Brust eingesetzt werden können und dass die Funktionsweise gewisser Pumpen das natürliche Saugen des Babys imitiert.

Kontraindikationen

Für die Milchpumpe Harmony gibt es keine bekannten Kontraindikationen.

2. Bedeutung der Symbole

Das Warnsymbol kennzeichnet alle für die Sicherheit wichtigen Anweisungen. Missachtung kann zu Verletzungen oder Schäden an der Milchpumpe Harmony führen! Es gibt verschiedene Warnsymbole, wobei jedes Symbol zusammen mit einem spezifischen Wort verwendet wird. Die Kombinationen aus Symbol und Wort bedeuten:

34



Vorsicht

Missachtung von Anweisungen dieser Art kann zu (geringfügigen) Verletzungen oder Verunreinigungen/Entwicklung von Bakterien führen.



Hinweis

Missachtung von Anweisungen dieser Art kann zu Sachschäden führen.



Info

Nützliche und wichtige Informationen, die nicht sicherheitsrelevant sind.

Symbole auf der Verpackung



Dieses Symbol zeigt an, dass das Material Teil eines Recycling-Prozesses ist.



Dieses Symbol zeigt eine Kartonverpackung an.



Dieses Symbol zeigt an, dass das Produkt vor Sonnenlicht zu schützen ist.



Dieses Symbol zeigt an, dass das zerbrechliche Produkt mit Vorsicht zu behandeln ist.



Dieses Symbol zeigt die Temperaturbeschränkung für Betrieb, Transport und Lagerung an.



Dieses Symbol zeigt die Luftfeuchtigkeitsbeschränkung für Betrieb, Transport und Lagerung an.



Dieses Symbol zeigt die Luftdruckbeschränkung für Betrieb, Transport und Lagerung an.



Dieses Symbol zeigt an, dass das Produkt trocken zu lagern ist.



Die Verpackung enthält Produkte, die dazu bestimmt sind, mit Lebensmitteln in Berührung zu kommen gemäss Verordnung 1935/2004.



Dieses Symbol zeigt die GTIN (GS1 Global Trade Item Number), eine weltweit eindeutige Identifikationsnummer, an.



Dieses Symbol zeigt an, dass die Gebrauchsanweisung zu befolgen ist.



Dieses Symbol weist auf den Hersteller hin.



Dieses CE-Symbol zeigt an, dass die Milchpumpe Harmony der Richtlinie 93/42/EWG des Rates vom 14. Juni 1993 über Medizinprodukte entspricht.

Symbole auf dem Gerät



Dieses Symbol zeigt den Recyclingcode an (hier 05 für Material aus Polypropylen, PP).



Dieses Symbol zeigt den Recyclingcode an (hier 7 für sämtliche Materialien, die nicht von anderen Recyclingcodes erfasst werden).

PP

Dieses Symbol zeigt die Verwendung von Polypropylen an.



Dieses CE-Symbol zeigt an, dass die Milchpumpe Harmony der Richtlinie 93/42/EWG des Rates vom 14. Juni 1993 über Medizinprodukte entspricht.

3. Wichtige Sicherheitshinweise



Für die Sicherheit und Gesundheit Ihres Kindes
VORSICHT!

Bei Missachtung der Sicherheitshinweise können
Gefährdungen durch das Gerät entstehen.

Gerät

36



Die Milchpumpe Harmony ist nicht hitzebeständig: Halten Sie das Gerät von Heizkörpern und offenem Feuer fern.



Die Milchpumpe Harmony nicht direktem Sonnenlicht aussetzen.



Die Teile der Milchpumpe auf Abnutzung oder Beschädigung überprüfen. Nie ein beschädigtes Produkt verwenden. Teile bei ersten Anzeichen von Schäden oder Schwachstellen sofort entsorgen.

Wichtig:

- I Plastikflaschen und andere Bestandteile können durch Einfrieren brüchig werden und beim Herunterfallen zerbrechen.
- I Zudem können Flaschen und andere Bestandteile durch unsachgemäßen Gebrauch beschädigt werden, z. B. wenn sie fallen gelassen, zu fest zugeschraubt oder umgestoßen werden.
- I Gehen Sie mit den Flaschen und Bestandteilen entsprechend vorsichtig um.
- I Verwenden Sie die Muttermilch nicht, wenn die Flasche oder Bestandteile beschädigt wurden.

Verwendung



Die Milchpumpe Harmony ausschließlich für den in dieser Gebrauchsanweisung beschriebenen Verwendungszweck benutzen.



Bei Verwendung der Milchpumpe Harmony in der Nähe von Kindern ist eine entsprechende Beaufsichtigung notwendig. Einzelteile, die nicht unmittelbar verwendet werden, dürfen nicht in die Hände von Kindern gelangen.



Bitte wenden Sie sich bei Problemen oder Schmerzen an Ihre Hebamme, Stillberaterin oder Ihren Arzt.



Dieses Produkt ist nur für eine Benutzerin bestimmt. Die Benutzung durch verschiedene Personen kann ein Gesundheitsrisiko darstellen.

4. Produktbeschreibung

4.1 Harmony – leicht, praktisch, clever



38

Mit dem Kauf der Milchpumpe Harmony haben Sie eine gute Wahl getroffen: Harmony ist die erste Hand-Milchpumpe mit der 2-Phase Expression Technologie, die den natürlichen Saugrhythmus des Babys nachahmt. Der ergonomische Griff der Pumpe ermöglicht Ihnen, zwischen kurzen Bewegungen zur Stimulation und längeren zum Abpumpen zu wechseln. Genau so, wie Ihr Baby saugt, wenn Sie es an der Brust stillen. So können Sie mehr Milch in kürzerer Zeit abpumpen.

Die Milchpumpe Harmony ist ideal für gelegentliches Abpumpen, wenn Sie ohne ihr Baby unterwegs sind, weil Sie z.B. ausgehen oder Sport treiben wollen oder wenn Sie Ihren Partner ins Stillen einbeziehen möchten. Sie können Harmony auch ergänzend zu einer elektrischen Mietpumpe verwenden. Harmony kann zudem dazu beitragen, Stillschwierigkeiten wie wund oder rissige Brustwarzen zu überwinden, sowie Flach- oder Hohlwarzen hervorzuholen.

Die wichtigsten Eigenschaften der Milchpumpe Harmony sind:

- I Einfach in Zusammenbau, Verwendung und Reinigung
- I Leises, diskretes Abpumpen
- I Leicht zu transportieren, damit Sie unabhängig und mobil sind




Harmony umfasst einzig die Milchpumpe.

Das Harmony Pump & Feed Set schließt die Milchpumpe, Calma Solitaire und vier Einweg-Stilleinlagen ein.

Überall in der Gebrauchsanweisung bezieht sich der Name Harmony auf beide Versionen, wenn nichts anderes erwähnt ist.

4.2 Bestandteile

Bestellbares Zubehör und Ersatzteile finden Sie in Kapitel 12.



* Weitere Brusthaubengrößen siehe Kapitel 12

5. Reinigung



Vorsicht

I Alle Teile, die mit Brust und Milch in Berührung kommen, sofort nach Gebrauch auseinandernehmen und reinigen, um Eintrocknen von Milch und Wachstum von Bakterien zu verhindern.

I Verwenden Sie für die Reinigung nur Wasser in Trinkwasserqualität. Berühren Sie die Innenseite der Teile nach dem Reinigen nicht, um Verunreinigung zu vermeiden.

I Reinigen Sie die Pumpe nicht mit scharfen Gegenständen (wie Zahnstochern).

I Teile des Pumpsets bei Reinigung nicht beschädigen.

I Einige Teile des Harmony Pumpsets sind sehr klein (z. B. der O-Ring oder die Ventilmembrane). Überprüfen Sie, dass kein Teil fehlt, wenn Sie das Pumpset nach der Reinigung wieder zusammensetzen.



Hinweis

I Das Pumpset muss nicht gewartet werden.

I Einzelteile der Pumpe, die in einer Geschirrspülmaschine gewaschen werden, können sich verfärben. Dies hat keinen Einfluss auf die Funktion.

I Setzen Sie das Pumpset (oder Teile davon) nicht direktem Sonnenlicht oder Hitze aus.

I Verwenden Sie keine chemischen Sterilisierungsprodukte.

5.1 Vor Erstgebrauch und nach jedem Gebrauch

1



Pumpset in seine Einzelteile zerlegen.

4



Alle Teile mit kaltem, sauberem Wasser (circa 20° C) 10–15 Sekunden nachspülen.



Alle Teile mit kaltem, sauberem Wasser (circa 20 °C) abspülen. Die Teile auf Schäden prüfen und bei ersten Anzeichen von Schäden oder Schwachstellen umgehend entsorgen.



Alle Teile mit viel warmem Seifenwasser (circa 30 °C) reinigen.



oder



Alternative zu Schritt 2, 3 und 4.

Mit einem sauberen Tuch abtrocknen oder auf einem sauberen Tuch trocknen lassen.

Einzelteile im oberen Gitter oder im Besteckfach des Geschirrspülers reinigen.

5. Reinigung



Vorsicht

- I Lassen Sie die Teile des Pumpsets nicht in kochendes Wasser fallen, Spritzgefahr!
- I Berühren Sie die Innenseite der Teile nach dem Sterilisieren nicht, um Verunreinigung zu vermeiden.
- I **Alle Teile, die mit Brust und Milch in Berührung kommen, sofort nach Gebrauch auseinandernehmen und waschen, um Eintrocknen von Milch und Wachstum von Bakterien zu verhindern.**
- I Verwenden Sie für die Reinigung nur Wasser in Trinkwasserqualität.

Hinweis

- I Beim Auskochen der Teile können Sie dem Wasser einen Teelöffel Zitronensäure hinzufügen, um Kalkablagerungen zu verhindern. Bei der Verwendung von Zitronensäure können geringfügige Spuren auf den Teilen zurückbleiben. Verwenden Sie Wasser in Trinkwasserqualität, um diese abzuwaschen. Trocknen Sie die Teile, wie rechts im Bild dargestellt (siehe Abbildung 3).

5.2 Vor Erstgebrauch und einmal täglich

1



Zerlegen Sie das Pumpset in seine Einzelteile.

3



Mit einem sauberen Tuch abtrocknen oder auf einem sauberen Tuch trocknen lassen. Bewahren Sie die sauberen Teile bis zum nächsten Gebrauch in einem luftdurchlässigen, sauberen Beutel/Behälter oder eingehüllt in ein luftdurchlässiges, sauberes Papier/Tuch auf.

2a



oder

2b



Alle Teile mit Wasser bedeckt
fünf Minuten lang auskochen.

Verwenden Sie den Quick
Clean-Mikrowellenbeutel*
gemäß Gebrauchsanweisung.

5. Reinigung

5.3 Reinigung – Zusammenfassung

44



Vor Erstgebrauch und nach jedem Gebrauch

Mit kaltem, sauberem Wasser (circa 20 °C) abspülen, dann mit viel warmem Seifenwasser (circa 30 °C) reinigen und mit kaltem, sauberem Wasser 10–15 Sekunden nachspülen.

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Oder im Geschirrspüler reinigen (im oberen Gitter oder im Besteckfach).

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Vor Erstgebrauch und einmal täglich

Alle Teile mit Wasser bedeckt fünf Minuten lang auskochen.

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Oder den Quick Clean-Mikrowellenbeutel gemäß Gebrauchsanweisung verwenden.

✓

--

✓

✓

✓

✓

✓

✓



6. Vorbereitung des Abpumpens



Vorsicht

I Waschen Sie die Hände gründlich (ca. eine Minute) mit Seife und Wasser, bevor Sie Ihre Brust und die Pumpenteile berühren.

46



Hinweis

- I Nur Originalzubehör von Medela verwenden.
- I Überprüfen Sie, dass sich der (weiße) O-Ring noch auf dem Stiel befindet:



_____ O-Ring

_____ Stiel

Der O-Ring stellt die dichte Verbindung zwischen Griff und dem 2-Komponenten-Verbindungsstück sicher. Für den Aufbau des Vakuums ist dies unerlässlich.



Info

- I Führen Sie alle Schritte sorgfältig aus und setzen Sie das Pumpset korrekt zusammen, um eine optimale Funktionsweise sicherzustellen.

6.1 Den Griff zusammensetzen

1



Stecken Sie den Stiel (mit dem O-Ring) in das Loch auf der Oberseite der Membrane. Stiel und Membrane sind Teil des Pumpengriffs.


6.2 Zusammensetzen des Pumpsets

1



Stecken Sie die Brusthaube in die obere Öffnung des Verbindungsstückes.

2




Stellen Sie sicher, dass die ovale Basis des Stiels richtig in die Membrane eingesetzt ist.

3



Setzen Sie die Membrane in den Pumpengriff ein. Drücken Sie den Rand rundum fest nach unten, um ein vollständiges Abdichten zu gewährleisten.

2



Legen Sie die Ventilmembrane horizontal auf den Ventilkopf. Drücken Sie vorsichtig die Noppe auf der Rückseite der Membrane in das kleinste Loch auf dem Ventilkopf, bis sie einrastet. Die Membrane muss flach auf dem Ventilkopf aufliegen.

3



Drücken Sie den Ventilkopf auf den inneren Ring des Verbindungsstücks. Der Ventilkopf muss seitlich positioniert sein (siehe Bild oben).

6. Vorbereitung des Abpumpens

6.2 Fortsetzung

48



Flasche auf das Verbindungsstück schrauben.



Führen Sie den Stiel des Handgriffs in die Öffnung auf der Oberseite des Verbindungsstücks ein. Drücken Sie, bis der Stiel einrastet.

6.3 Die Brusthaube anlegen






Wischen Sie Ihre Brust mit einem warmen Tuch ab (verwenden Sie keinen Alkohol). Brusthaube auf die Brust aufsetzen, sodass die Brustwarze gut zentriert im Tunnel liegt.



Brusthaube mit Daumen und Zeigefinger an Brust halten. Die Brust mit der Handfläche stützen.

Sitzt Ihre Brusthaube korrekt?



Es ist wichtig, dass Ihre Brusthaube korrekt sitzt. Mit einer korrekt sitzenden Brusthaube können Sie angenehm und effizient abpumpen. Abbildung A (siehe oben) zeigt eine korrekt sitzende Brusthaube. In Abbildung B ist die Brusthaube zu klein, in Abbildung C zu groß.

Beantworten Sie die folgenden Fragen, um festzustellen, ob Ihre Brusthaubengröße passt:

- I Bewegt sich die Brustwarze frei im Tunnel?
- I Wird kein oder nur wenig Gewebe des Brustwarzenhofs in den Tunnel der Brusthaube gezogen?
- I Erkennen Sie sanfte, rhythmische Bewegungen der Brust bei jedem Pumpzyklus?
- I Spüren Sie, wie sich die Brust vollkommen entleert?
- I Ist Ihre Brustwarze schmerzfrei?

Wenn Sie alle diese Fragen mit „Ja“ beantworten haben, hat Ihre Brusthaube die richtige Größe. Wenn Sie eine dieser Fragen mit „Nein“ beantworten mussten oder wenn das Abpumpen Probleme oder Schmerzen bereitet, hat Ihre Brusthaube möglicherweise nicht die richtige Größe. Medela bietet fünf unterschiedliche PersonalFit™-Brusthaubengrößen an. Erkundigen Sie sich bei Ihrer Still- und Laktationsberaterin oder Hebamme.

7. Abpumpen



Vorsicht

- I Waschen Sie die Hände gründlich (ca. eine Minute) mit Seife und Wasser, bevor Sie Ihre Brust und die Pumpenteile berühren.
- I Kontaktieren Sie Ihre Still- und Laktationsberaterin oder Hebamme, wenn Sie keine oder nur wenig Milch abpumpen können oder das Abpumpen schmerzhaft ist.

50



Hinweis

- I Pumpset nicht an der Flasche halten. Dies kann zu Milchstau und zum Abdrücken der Milchkanäle führen.
- I Flasche nur bis zur 150 ml Markierung füllen.

1



Beginnen Sie das Abpumpen mit der Stimulation: Drücken Sie den kürzeren Teil des Griffs. Dies ist der Teil mit dem abgebildeten Milchtropfen. In rascher, kurzer Abfolge drücken und loslassen, bis die Milch zu fließen beginnt.

- Die Stimulation ahmt das anfängliche rasche Saugen Ihres Babys nach und dient dazu, den Milchspendereflex auszulösen.

2



Sobald die Milch zu fließen beginnt, wechseln Sie zum Abpumpen: Drücken Sie nun den unteren, längeren Teil des Griffs. Dadurch bauen Sie ein Vakuum auf, das den Milchfluss fördert. Die Stärke des Vakuums wird durch die Intensität und Geschwindigkeit des Drückens gesteuert. Bestimmen Sie selbst, welcher Pumprhythmus für Sie am besten ist.

- Der Abpumpmodus ahmt das langsamere, entspannte Saugen Ihres Babys nach und dient dazu, den Milchfluss zu steigern.

3



Beenden Sie das Abpumpen, wenn Sie spüren, dass keine Milch mehr fließt, oder wenn die Flasche voll ist. Verwenden Sie den Standfuß, um ein Kippen der Flasche zu vermeiden.

4



Reinigen Sie wie
in Kapitel 5
beschrieben

Schrauben Sie die Flasche vom Verbindungsstück ab. Verschließen Sie die Flasche mit dem Multi-Deckel. Lagern Sie die Muttermilch (entsprechend der Anweisungen in Kapitel 8).

8. Aufbewahren und Auftauen der Muttermilch

8.1 Lagerung

Regeln für das Aufbewahren frisch abgepumpter Muttermilch (für gesunde, termingeborene Babys)

Raumtemperatur	Kühlschrank	Tiefkühltruhe	Aufgetaute Muttermilch
4–6 Stunden bei 19 bis 26 °C (66 bis 78 °F)	3–8 Tage bei 4 °C (39 °F) oder weniger	6–12 Monate bei –18 bis –20 °C (0 bis 4 °F)	Im Kühlschrank max. 10 Stunden. Nicht wieder einfrieren!

I Muttermilch nicht in der Kühlschranktür, sondern am kältesten Ort im Kühlschrank (hinten auf der Glasplatte über dem Gemüsefach) aufbewahren.

8.2 Einfrieren

I Die abgepumpte Muttermilch kann in Milchflaschen oder „Pump & Save“ Beuteln eingefroren werden. Füllen Sie Flaschen oder Beutel nur drei viertel voll, um Raum für Ausdehnung zu lassen.

I Die Milchflaschen oder „Pump & Save“ Milchbeutel mit Abpumptdatum versehen.

8.3 Auftauen



Vorsicht

Verwenden Sie keine Mikrowelle oder kochendes Wasser zum Auftauen oder Erwärmen von Muttermilch, damit Vitamine, Mineralien und andere wertvolle Inhaltsstoffe erhalten bleiben und Verbrühungen vermieden werden.

I Milchflasche oder „Pump & Save“ Milchbeutel zum Auftauen über Nacht in den Kühlschrank stellen oder unter warmes Wasser halten (max. 37 °C).

I Schwenken Sie die Milchflasche oder den „Pump & Save“ Beutel sanft, um abgesetztes Fett mit der Milch zu vermischen. Schütteln oder rühren Sie die Milch nicht.

9. Füttern von Muttermilch

i Info

Medela empfiehlt Calma für das Füttern von Muttermilch.

Mit Calma

- I kann Ihr Baby regelmäßig trinken, pausieren und atmen.
- I fließt die Milch erst, wenn ein Vakuum erzeugt wird.
- I kann das Baby sein natürliches Saugverhalten beibehalten, was einen leichten Übergang vom Stillen an der Brust zu Calma und zurück an die Brust unterstützt.



53

Calma – die einzigartige Fütterungslösung für Muttermilch.

Detaillierte Informationen über Calma finden Sie auf der Medela Website (www.medela.de).

Dank umfassender Forschungsarbeit hat Medela als weltweit eines der ersten Unternehmen das Trinkverhalten von Babys an der Mutterbrust in die Innovationen 2-Phase Expression und Calma einfließen lassen. Die 2-Phase Expression Technologie ahmt den natürlichen Saugrhythmus des Babys nach, sodass in kürzerer Zeit mehr Milch abgepumpt werden kann. Auf kurze, stimulierende Saugbewegungen folgen längere, die für einen optimalen Milchfluss sorgen. Beim einzigartigen Muttermilchsauger Calma kann das Baby während des Trinkens pausieren, ruhig atmen und das an der Brust erlernte Saugverhalten beibehalten. Speziell entwickelt für eine glückliche Stillzeit.



* Calma ist nur im Harmony Pump & Feed Set eingeschlossen. Der Sauger ist auch einzeln erhältlich; mehr Informationen dazu finden Sie in Kapitel 12.

10. Fehlerbehebung

54

Problem	Lösung
Die Pumpe saugt zu schwach oder gar nicht	- I Stellen Sie sicher, dass der gelbe Ventilkopf und die weiße Membrane sauber und unbeschädigt sind. - I Stellen Sie sicher, dass die Membrane flach auf dem Ventilkopf liegt. - I Stellen Sie sicher, dass der Ventilkopf seitwärts auf dem Verbindungsstück positioniert ist. - I Stellen Sie sicher, dass alle Bestandteile des Griiffs richtig zusammengesetzt sind. - I Prüfen Sie alle Verbindungen. - I Stellen Sie sicher, dass die Brusthaube die Brust rundum gut abdichtet.
Es fließt keine Milch	- I Stellen Sie sicher, dass die Milchpumpe richtig zusammengesetzt ist und ein Sog entsteht. - I Entspannen Sie sich und machen Sie eine Pause von 10 - 15 Minuten, wenn nach zwei Abpumpvorgängen keine Milch entleert werden konnte. - I Kontaktieren Sie Ihre Still- und Laktationsberaterin oder Hebamme, wenn weiterhin keine Milch abgepumpt werden kann.

Sollte das Produkt nicht funktionieren, kontaktieren Sie bitte Ihre örtliche Niederlassung. Sie finden die Adressen auf der Rückseite der Gebrauchsanweisung.

11. Entsorgung

Die Milchpumpe Harmony besteht aus Kunststoff.
Entsorgen Sie sie gemäß den örtlichen Vorschriften.



12. Rundum versorgt in der Stillzeit

Die folgenden Produktvarianten, Ersatzteile, Verbrauchsartikel und Zubehörteile können über Medela Verkaufsstellen bezogen werden. Bei der Bestellung eines Produkts geben Sie bitte den Namen oder die Artikelnummer des Produkts an.

56

Produktvarianten

Artikelnummer	Produkt
005.2052	Harmony™ DE/FR/IT
005.2062	Harmony™ Pump & Feed Set DE/FR/IT

Ersatzteile

Artikelnummer	Produkt
099.0259	Harmony Griff
099.0260	Harmony vollständige Membrane

Verbrauchsartikel

Artikelnummer	Produkt
800.0727	Ventile und Membranen – Extrateile zur Verwendung mit Harmony, Swing, Base, Mini Electric, Lactina und Symphony. Umfasst zwei Ventilköpfe und sechs Membranen.

Zubehör

Artikelnummer	Produkt	
008.0327	PersonalFit™ Brusthaube S (21 mm)	
008.0328	PersonalFit™ Brusthaube M (24 mm)	
008.0329	PersonalFit™ Brusthaube L (27 mm)	
008.0330	PersonalFit™ Brusthaube XL (30 mm)	
008.0331	PersonalFit™ Brusthaube XXL (36 mm)	
800.0796	Muttermilchflaschen 150 ml – 3 Stk.	
200.1659	Muttermilchflaschen 250 ml – 2 Stk.	
008.0315	Pump & Save™ Muttermilchbeutel	
008.0138	Calma Solitaire	

Weitere Medela Produkte finden Sie unter www.medela.de.



Table des matières

1. Utilisation/Public cible – Contre-indications	61
2. Signification des symboles	62
3. Informations de sécurité importantes	64
4. Description du produit	66
4.1 Harmony – Léger, pratique, astucieux.	66
4.2 Pièces du produit	67
5. Nettoyage	68
5.1 Avant la première utilisation et après chaque utilisation	68
5.2 Avant la première utilisation et une fois par jour	70
5.3 Nettoyage – résumé	72
6. Préparation pour la séance d'expression	74
6.1 Assemblage de la poignée	74
6.2 Assemblage du tire-lait	74
6.3 Positionnement de la téterelle	76
7. Expression	78
8. Conservation et décongélation du lait maternel	80
8.1 Conservation	80
8.2 Congélation	80
8.3 Décongélation	80
9. Alimentation au lait maternel	81
10. Résolution des problèmes	82
11. Mise au rebut	83
12. Une gamme complète pour l'allaitement maternel	84
13. Caractéristiques techniques	171

1. Utilisation/Public cible – Contre-indications



61

Utilisation du tire-lait et indications

Les tire-laits sont conçus pour être utilisés par des femmes allaitantes, à l'hôpital ou à domicile, en vue d'exprimer le lait maternel. Ils aident à atténuer les symptômes d'engorgement grâce à l'expression du lait maternel. En cas de mastite, les tire-laits servent à extraire le lait maternel du sein infecté, ce qui facilite le processus de guérison. Les tire-laits servent à soulager les mamelons douloureux et crevassés, ainsi qu'à faire ressortir des mamelons plats ou ombiliqués. Ils permettent également aux mères de donner du lait maternel aux bébés qui ne peuvent pas être nourris directement au sein pour des raisons diverses (par exemple en cas de difficultés à téter, de fente palatine ou de bébés prématurés).

Public cible

Les femmes allaitantes, qu'elles soient adolescentes ou adultes. De nombreuses femmes trouvent pratique, voire nécessaire, d'utiliser un tire-lait pour exprimer et conserver leur lait une fois qu'elles ont repris le travail, qu'elles sont en voyage ou séparées de quelque façon que ce soit de leur bébé. Elles sont souvent ravies d'apprendre qu'un tire-lait peut être utilisé en tant que complément à l'allaitement maternel et que certains sont même conçus pour imiter la succion d'un bébé au sein.

Contre-indications

Il n'y a aucune contre-indication connue au tire-lait Harmony.

2. Signification des symboles

Les symboles d'avertissement réfèrent aux instructions importantes pour la sécurité. Le non-respect de ces instructions peut provoquer des blessures ou endommager le tire-lait ! Il existe plusieurs symboles d'avertissement. Chacun d'entre-eux est associé à un terme spécifique. Voici l'explication des symboles :



Avertissement

Le non-respect des instructions de cette catégorie peut entraîner des blessures (mineures) ou une contamination/prolifération bactérienne.



Remarque

Le non-respect des instructions de cette catégorie peut causer des dommages matériels.



Info

Informations utiles ou importantes non relatives à la sécurité.

62

Symboles présents sur l'emballage



Ce symbole indique que le matériau peut être recyclé selon la réglementation en vigueur.



Ce symbole indique un emballage en carton.



Ce symbole indique que le produit doit être conservé à l'abri de la lumière directe du soleil.



Ce symbole indique que le produit est fragile et doit être manipulé avec précaution.



Ce symbole indique la limite de température à ne pas dépasser en cas de fonctionnement, de transport et de stockage.



Ce symbole indique le taux d'humidité maximal à respecter pour l'utilisation, le transport et le stockage.



Ce symbole indique la limite de pression atmosphérique à ne pas dépasser en cas de fonctionnement, de transport et de stockage.



Ce symbole indique que le produit doit être maintenu au sec.



L'emballage contient des produits destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires conformément au règlement N° 1935/2004.



Ce symbole fait référence à la codification unique du produit selon la norme du code article international (GTIN) GSI.



Ce symbole indique qu'il est impératif de respecter les instructions d'utilisation.



Ce symbole fait référence au fabricant.



Ce symbole CE indique la conformité du tire-lait Harmony aux exigences essentielles de la directive du Conseil 93/42/CEE du 14 juin 1993 relative aux dispositifs médicaux.

Symboles présents sur l'appareil



Ce symbole fait référence au code de recyclage (ici 05 pour un matériau constitué de polypropylène PP)



Ce symbole indique que le code de recyclage (ici 07 pour tous les matériaux non spécifiés par d'autres codes de recyclage).

PP

Ce code indique l'utilisation du polypropylène.



Ce symbole CE indique la conformité du tire-lait Harmony aux exigences essentielles de la directive du Conseil 93/42/CEE du 14 juin 1993 relative aux dispositifs médicaux.

3. Informations de sécurité importantes



Pour la sécurité et la santé de votre bébé

AVERTISSEMENT!

Le non-respect des informations de sécurité mentionnées sur ces pages peut engendrer un danger.

Appareil



Le tire-lait Harmony n'est pas thermorésistant : le tenir éloigné des radiateurs et des flammes.



Ne pas exposer le tire-lait Harmony à la lumière directe du soleil.



Contrôler les différentes parties du tire-lait et vérifier qu'il ne présente pas de signes d'usure ou de dommages. Ne jamais utiliser un produit défectueux. Remplacer une pièce du produit aux premiers signes de dégradation ou de dysfonctionnement de celle-ci.

Important :

- I Les contenants en plastique ainsi que les différentes pièces peuvent être fragilisés par la congélation et risquent de casser en cas de chute.
- I De même, le contenant et les différentes pièces peuvent être endommagés à la suite d'une mauvaise manipulation, par exemple en cas de chute, de vissage excessif ou de choc.
- I Manipulez avec soin le contenant et les différentes pièces.
- I Ne donnez pas le lait maternel si vous constatez que le produit est endommagé.

Utilisation



N'utilisez le tire-lait Harmony que pour l'usage auquel il est destiné, tel que décrit dans ce manuel.



Une surveillance est nécessaire lorsque vous utilisez le tire-lait Harmony à proximité d'enfants. Conservez toutes les pièces inutilisées hors de portée des enfants.



En cas de problèmes ou de douleur, contacter un professionnel de santé (consultante en lactation, médecin, etc.).



Ce produit est exclusivement réservé à un usage personnel. L'utilisation du même appareil par plusieurs personnes peut présenter un risque sanitaire.

4. Description du produit

4.1 Harmony – Léger, pratique, astucieux.



Vous avez fait le bon choix en achetant le tire-lait Harmony : L'Harmony est le premier tire-lait manuel équipé de la technologie d'expression à 2 phases. Cette technologie reproduit le rythme naturel de succion du nourrisson. La poignée ergonomique du tire-lait vous permet d'alterner des mouvements courts pour stimuler le réflexe d'éjection du lait et des mouvements longs pour exprimer le lait. Exactement comme lorsque votre bébé tète quand vous le nourrissez au sein. Vous pouvez ainsi exprimer davantage de lait en moins de temps.

66

Le tire-lait Harmony est idéal pour une utilisation occasionnelle. Par exemple, si vous devez vous séparer de votre bébé pendant de courtes périodes (pratique d'un sport, sortie, etc.). Ou si vous souhaitez impliquer votre partenaire dans l'allaitement. Vous pouvez également utiliser l'Harmony en complément d'un tire-lait en location. L'Harmony peut aussi vous aider à surmonter des problèmes de santé, tels que des mamelons douloureux, plats ou ombiliqués.

Les principales caractéristiques de votre tire-lait Harmony sont :

- I Facilité d'assemblage, d'utilisation et de nettoyage
- I Discrétion et silence de l'expression
- I Légèreté facilitant le transport et préservant votre autonomie et votre mobilité



Harmony comprend uniquement le tire-lait.

Harmony Pump & Feed Set comprend le tire-lait, Calma Solitaire et quatre compresses d'allaitement jetables.

Dans ce mode d'emploi, Harmony désigne les deux versions du tire-lait, sauf mention contraire.

4.2 Pièces du produit

Vous trouverez les pièces détachées et les accessoires disponibles à la vente au chapitre 12.



* pour d'autres tailles de téterelle, reportez-vous au chapitre 12

5. Nettoyage



Avertissement

- ! **Démontez et nettoyez toutes les pièces entrant en contact avec la poitrine et le lait maternel immédiatement après utilisation afin d'éviter le dépôt de résidus de lait et la prolifération de bactéries.**
- ! N'utilisez que de l'eau potable pour le nettoyage. Afin d'éviter toute contamination, ne touchez pas l'intérieur des pièces après le nettoyage.
- ! Ne nettoyez pas les pièces du tire-lait à l'aide d'un objet pointu (par ex. un cure-dent).
- ! Veillez à ne pas endommager les pièces du tire-lait lors du nettoyage.
- ! Certaines pièces du tire-lait Harmony sont très petites (par ex. la membrane ou le joint torique). Vérifiez qu'aucune pièce ne manque lorsque vous assemblez le tire-lait après nettoyage.

Remarque

- ! Le tire-lait ne nécessite aucun entretien.
- ! Si vous nettoyez les pièces du tire-lait au lave-vaisselle, celles-ci peuvent changer de couleur. Ce phénomène n'a aucune conséquence sur le fonctionnement de l'appareil.
- ! Aucune pièce du tire-lait ne doit être exposée à la lumière directe du soleil ou à une source de chaleur.
- ! N'utilisez pas d'agents stérilisants chimiques.

5.1 Avant la première utilisation et après chaque utilisation

1



Démontez chaque pièce du tire-lait.

4



Rincez toutes les pièces à l'eau claire et froide (plus ou moins 20 °C) pendant 10 à 15 secondes.

2



Rincez toutes les pièces à l'eau claire et froide (plus ou moins 20 °C). Vérifiez que les pièces ne présentent pas de dégradation ou de dysfonctionnement, remplacez-les aux premiers signes.

3



Nettoyez toutes les pièces à l'eau savonneuse et chaude (environ 30 °C).

69

5



Essuyez les pièces avec un chiffon propre ou laissez-les sécher sur un chiffon propre.

ou

6



Alternative aux étapes 2, 3 et 4.

Si vous nettoyez les différentes pièces du tire-lait au lave-vaisselle, placez-les sur le panier supérieur ou dans le bac à couverts.

5. Nettoyage



Avertissement

- I Ne plongez pas les pièces du tire-lait dans l'eau bouillante.
- I Pour éviter toute contamination, ne touchez pas l'intérieur des pièces après stérilisation.
- I **Démontez et nettoyez toutes les pièces entrant en contact avec la poitrine et le lait maternel immédiatement après utilisation afin d'éviter le dépôt de résidus de lait et la prolifération de bactéries.**
- I N'utilisez que de l'eau potable pour le nettoyage.

70



Remarque

- I Lorsque vous faites bouillir les pièces du tire-lait, vous pouvez ajouter une cuillère à café d'acide citrique pour éviter la formation de calcaire. L'acide citrique peut laisser de légères traces sur les pièces du tire-lait. Rincez-les uniquement à l'eau potable. Séchez les pièces telles que sur la figure 3 ci-contre.

5.2 Avant la première utilisation et une fois par jour

1



Démontez chaque pièce du tire-lait.

3



Essuyez les pièces avec un chiffon propre ou laissez-les sécher sur un chiffon propre. Rangez les pièces nettoyées dans un sachet/contenant propre, un linge propre/feuilles d'essuie-tout, perméable à l'air, jusqu'à leur prochaine utilisation.

2a



Recouvrez toutes les pièces d'eau et portez à ébullition pendant 5 minutes.

ou

2b



Utilisez un sachet pour micro-ondes Quick Clean* conformément aux instructions.

5. Nettoyage

5.3 Nettoyage – résumé

72



Avant la première utilisation et après chaque utilisation

Rincer à l'eau claire et froide (environ 20 °C), puis nettoyer abondamment à l'eau chaude et savonneuse (environ 30 °C). Enfin, rincer à l'eau claire et froide pendant 10 à 15 secondes ;

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Ou laver au lave-vaisselle (sur le panier supérieur ou dans le bac à couverts).

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Avant la première utilisation et une fois par jour

Recouvrir d'eau et porter à ébullition pendant 5 minutes ;

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Ou utiliser un sachet pour micro-ondes Quick Clean conformément aux instructions.

✓

--

✓

✓

✓

✓

✓

✓



6. Préparation pour la séance d'expression



Avertissement

! Lavez-vous soigneusement les mains (pendant environ une minute) avec de l'eau et du savon avant de toucher votre sein et les pièces du tire-lait.



Remarque

! N'utilisez que des accessoires Medela d'origine.
! Vérifiez que le joint torique (blanc) est toujours placé autour de la tige :



_____ Joint torique

_____ Tige

Le joint torique permet d'établir une connexion étanche entre la poignée et le connecteur à 2 composants. Cela est nécessaire pour créer un vide.



Info

! Exécutez soigneusement toutes les étapes et veillez à assembler correctement le tire-lait pour une utilisation efficace.

6.1 Assemblage de la poignée

1



Insérez la tige (avec le joint torique) dans l'orifice situé sur la face supérieure du diaphragme. La tige et le diaphragme sont des pièces de la poignée du tire-lait.


6.2 Assemblage du tire-lait

1



Insérez doucement l'embout téterelle dans l'ouverture supérieure du connecteur.

2




Assurez-vous que la base ovale de la tige est correctement positionnée dans le diaphragme.

3



Positionner le diaphragme sur la poignée du tire-lait. Appuyez fermement sur les bords pour assurer une bonne étanchéité.

2



Placez la membrane à l'horizontal sur la valve. Appuyez fermement sur la partie saillante de la membrane afin de l'enclencher dans le plus petit orifice de la valve. La membrane doit être positionnée bien à plat sur la valve.

3



Insérer la valve munie de la membrane sur la partie inférieure du connecteur. La valve doit être positionnée latéralement (comme sur l'illustration ci-dessus).

6. Préparation pour la séance d'expression

6.2 suite

4



5



76

Vissez le biberon sur le connecteur.

Une fois la poignée assemblée, insérez la tige de celle-ci dans l'orifice situé au dessus du connecteur. Poussez jusqu'à ce que la tige soit bien enclenchée.

6.3 Positionnement de la tétérèlle

1




2



Pour un bonne étanchéité de la tétérèlle sur le sein, essuyez, si nécessaire, votre sein avec un gant de toilette propre et chaud (n'utilisez pas d'alcool). Placez la tétérèlle sur le sein de manière à centrer correctement le mamelon dans l'embout.

Maintenez la tétérèlle sur le sein à l'aide de votre pouce et de votre index. Soutenez votre sein avec la paume de votre main.

La tétérèlle est-elle adaptée ?



Il est important que la tétérèlle soit bien positionnée. Une tétérèlle bien positionnée permet une expression du lait confortable et efficace. La figure A ci-dessous montre une tétérèlle à la bonne taille. La tétérèlle de la figure B est trop petite et celle de la figure C est trop large.

77

Répondez au questionnaire suivant pour vérifier que la tétérèlle est adaptée :

- I Le mamelon bouge-t-il librement dans l'embout de la tétérèlle ?
- I Une petite partie de l'aréole seulement (voire aucune) s'étire dans l'embout de la tétérèlle ?
- I Observez-vous un mouvement doux et rythmé du sein à chaque cycle d'aspiration ?
- I Après l'expression, votre sein semble-t-il moins rempli, sans zone dure ?
- I Vos mamelons sont-ils indolores ?

Si vous pouvez répondre par « Oui » aux questions suivantes, votre tétérèlle est bien adaptée.

Si la réponse à l'une de ces questions est « Non », si vous rencontrez des problèmes ou ressentez une douleur pendant l'expression, votre tétérèlle n'est peut-être pas à la bonne taille. Medela propose des tétérèlles PersonalFit™ en 5 tailles différentes. Contactez votre professionnel de l'allaitement (consultant(e) en lactation, sage-femme) pour plus de conseils.

7. Expression

78



Avertissement

- I Lavez-vous soigneusement les mains (pendant environ une minute) avec de l'eau et du savon avant de toucher votre sein et les pièces du tire-lait.
- I Contactez un professionnel des l'allaitement, par exemple une sage-femme ou un(e) consultant(e) en lactation, si vous n'exprimez que très peu de lait ou pas du tout ou si l'expression s'avère douloureuse.



Remarque

- I Ne tenez pas le tire-lait par le biberon. Cela peut provoquer un engorgement et le blocage des canaux galactophores.
- I Ne remplissez le biberon que jusqu'au marquage 150 ml.

1



Démarrez l'expression par la phase de stimulation : Appuyez sur la petite partie de la poignée. Des gouttes de lait sont gravées sur le dessus. Appuyez et relâchez rapidement plusieurs fois jusqu'à ce que le lait commence à s'écouler.

→ La phase de stimulation reproduit la succion initiale rapide de votre bébé. Elle vise à stimuler l'écoulement de lait.

2



Lorsque le lait commence à s'écouler, passez en phase d'expression : appuyez sur la partie inférieure et longue de la poignée. Vous créez ainsi un vide facilitant l'écoulement de lait. Vous contrôlez le niveau de vide par la vitesse des mouvements sur la poignée et la compression créée. Décidez vous-même du meilleur rythme d'aspiration.

→ La phase d'expression reproduit la succion plus lente et détendue de votre bébé. Elle vise à maximiser l'écoulement de lait.

3



Arrêtez l'expression lorsque vous sentez que le lait ne s'écoule plus ou lorsque le biberon est plein. Utilisez le support de biberon pour éviter que celui-ci ne se renverse.

4



Nettoyez en suivant les instructions du chapitre 5

Dévissez le biberon du connecteur. Fermez le biberon avec le couvercle multifonction. Conservez le lait maternel (respectez les instructions figurant au chapitre suivant, chapitre 8).

8. Conservation et décongélation du lait maternel

8.1 Conservation

Règles de conservation pour le lait maternel fraîchement exprimé

(Pour les bébés en bonne santé et nés à terme)

Température ambiante	Réfrigérateur	Congélateur	Lait maternel décongelé
4–6 heures de 19 à 26 °C (66 à 78 °F)	3–8 jours à 4 °C (39 °F) ou moins	6–12 mois de –18 à –20 °C (0 à 4 °F)	Au réfrigérateur pendant au max. 10 h. Ne pas recongeler !

80

I Ne conservez pas le lait maternel dans la porte du réfrigérateur. Choisissez plutôt la partie la plus froide du réfrigérateur (à l'arrière de la clayette en verre au-dessus du bac à légumes).

8.2 Congélation

I Vous pouvez congeler le lait maternel exprimé dans des biberons ou des sachets « Pump & Save »*. Ne remplissez pas les biberons ou sachets à plus de $\frac{3}{4}$ afin de laisser de l'espace pour la solidification du lait.

I Indiquez la date d'expression sur les biberons ou sachets « Pump & Save ».

8.3 Décongélation



Avertissement

Ne décongelez pas et ne réchauffez pas le lait maternel au four à micro-ondes ni dans une casserole d'eau bouillante afin d'éviter toute perte de vitamines, de minéraux et d'autres ingrédients essentiels, ainsi que tout risque de brûlure.

I Pour préserver les composants du lait maternel, décongelez le lait dans le réfrigérateur la veille de son utilisation. Vous pouvez également tenir le biberon ou le sachet « Pump & Save » sous l'eau chaude (max. 37 °C).

I Secouez délicatement le biberon ou le sachet « Pump & Save » afin d'homogénéiser les corps gras. Évitez de d'agiter brutalement le lait.

* Pour plus d'informations, consultez le site www.medela.com

9. Alimentation au lait maternel

i Info

Medela recommande Calma pour une alimentation au lait maternel.

Avec Calma

■ votre bébé peut se nourrir, marquer des pauses et respirer régulièrement.
■ le lait s'écoule lorsqu'un vide est créé.
■ le comportement naturel d'alimentation de votre bébé est maintenu, ce qui permet un retour aisé à l'allaitement au sein.




Calma – une solution d'alimentation unique conçue pour le lait maternel

Vous trouverez des informations détaillées sur Calma sur le site Internet Medela (www.medela.com).

81

Grâce à ses travaux de recherche, Medela est devenue l'une des premières entreprises au monde à intégrer le mécanisme d'allaitement des bébés dans ses innovations : la technologie d'expression à 2 phases et Calma. La technologie d'expression à 2 phases reproduit le rythme naturel de succion du bébé, afin d'exprimer davantage de lait en moins de temps. Les mouvements brefs de stimulation sont suivis de mouvements plus longs, générant un écoulement de lait optimal. Calma, l'unique solution d'alimentation conçue pour le lait maternel, permet à votre enfant de marquer des pauses et de reprendre son souffle pendant l'allaitement, tout en conservant le comportement de succion qu'il a appris naturellement en tétant le sein. Conçue pour une belle expérience d'allaitement.



* Calma est comprise uniquement dans Harmony Pump & Feed Set. L'article est également disponible séparément. Cf. chapitre 12.

10. Résolution des problèmes

Problème	Solution
S'il n'y a pas ou peu d'aspiration	- Assurez-vous que la valve jaune et la membrane blanche soient propres et ne soient pas endommagées. - Vérifiez que la membrane soit positionnée à plat sur la valve. - Assurez-vous que la valve soit positionnée latéralement sur le connecteur. - Vérifiez que les pièces de la poignée soient assemblées correctement. - Vérifiez toutes les connexions. - Assurez-vous que la tétérèlle soit placée de manière hermétique sur le sein.
Si le lait ne s'écoule pas	- Assurez-vous que le tire-lait soit correctement assemblé et que vous constatiez un vide. - Détendez-vous et faites 10-15 minutes de pause si l'expression n'est pas terminée après deux séances consécutives. - Contactez un professionnel de l'allaitement, par exemple un(e) consultant(e) en lactation ou une sage-femme, si vous n'arrivez pas à exprimer votre lait.

En cas de défaillance du produit, veuillez contacter votre filiale locale.
Vous trouverez les adresses correspondantes au dos de ce manuel d'instruction.

11. Mise au rebut

Le tire-lait Harmony est composé de matériaux plastiques.
Vous devez le jeter conformément aux réglementations locales.



12. Une gamme complète pour l'allaitement maternel

Les variantes de produit, les pièces de rechange, les consommables et les accessoires indiqués ci-dessous et destinés au tire-lait Harmony sont disponibles chez les distributeurs Medela. Vous pouvez commander un produit en précisant son nom ou le numéro de produit (d'article) correspondant.

Variantes du produit

Référence de l'article	Produit
005.2055	Harmony™ EN/NL/FR
005.2066	Harmony™ Pump & Feed Set EN/NL/FR
005.2052	Harmony™ DE/FR/IT
005.2062	Harmony™ Pump & Feed Set DE/FR/IT

84

Pièces détachées

Référence de l'article	Produit
099.0259	Poignée Harmony
099.0260	Diaphragme complet Harmony

Consommables

Référence de l'article	Produit
800.0727	Valves et membranes - Pièces de rechange pour Harmony, Swing, Base, Mini Electric, Lactina et Symphony. Composé de deux valves et de six membranes.

Accessoires

Référence de l'article	Produit
008.0327	Téterelle PersonalFit™ S (21 mm)
008.0328	Téterelle PersonalFit™ M (24 mm)
008.0329	Téterelle PersonalFit™ L (27 mm)
008.0330	Téterelle PersonalFit™ XL (30 mm)
008.0331	Téterelle PersonalFit™ XXL (36 mm)
800.0796	Biberon pour lait maternel 150 ml (3 pc).
200.1659	Biberon pour lait maternel 250 ml (2 pc).
008.0315	Sachets pour lait maternel Pump & Save™
008.0138	Calma Seule DE/FR
008.0139	Calma Seule EN/FR
008.0140	Calma Seule NL/FR



Les autres produits Medela sont disponibles sur www.medela.com.



Indice

1. Uso previsto/Popolazione - Controindicazioni	89
2. Significato dei simboli	90
3. Importanti informazioni di sicurezza	92
4. Descrizione del prodotto	94
4.1 Harmony: leggero, pratico, intelligente	94
4.2 Componenti del prodotto	95
5. Pulizia	96
5.1 Prima del primo impiego e dopo ciascun utilizzo	96
5.2 Prima del primo impiego e una volta al giorno	98
5.3 Pulizia - riepilogo	100
6. Preparazione all'estrazione	102
6.1 Montaggio dell'impugnatura	102
6.2 Montaggio del set di pompaggio	102
6.3 Posizionamento della coppa per il seno	104
7. Estrazione	106
8. Conservazione e scongelamento del latte materno	108
8.1 Conservazione	108
8.2 Congelamento	108
8.3 Scongelamento	108
9. Alimentazione con latte materno	109
10. Risoluzione dei problemi	110
11. Smaltimento	111
12. Cura completa durante l'allattamento al seno	112
13. Specifiche tecniche	171

1. Uso previsto/Popolazione - Controindicazioni



Uso previsto e indicazioni dei tiralatte

I tiralatte sono destinati alle donne che allattano in ospedale o a casa estraendo dal seno il latte materno. I tiralatte sono indicati per alleviare i sintomi di ingorgo durante l'estrazione del latte materno. In caso di mastite, i tiralatte contribuiscono al processo di guarigione estraendo il latte materno dal seno interessato. I tiralatte sono indicati per dare sollievo ai capezzoli screpolati e doloranti e per portare nella posizione corretta i capezzoli appiattiti o rientrati. Inoltre, essi aiutano le madri a fornire latte materno ai neonati che non possono essere allattati direttamente al seno a causa di vari motivi, come problemi di attaccamento, palatoschisi o perché prematuri.

Utenti destinatari

Donne che allattano, giovani adolescenti o adulte. Molte donne trovano comodo, o addirittura necessario, l'uso del tiralatte per estrarre e conservare il latte materno, dopo essere tornate all'attività lavorativa, durante i viaggi o quando si trovano lontane dal bambino per altri motivi. Le madri sono spesso liete di sapere che il tiralatte può essere usato come integrazione all'allattamento al seno e che alcuni modelli sono studiati per imitare la suzione del bambino.

Controindicazioni

Non ci sono controindicazioni note per il tiralatte Harmony.

2. Significato dei simboli

Il simbolo di avvertenza identifica tutte le istruzioni importanti per la sicurezza. La mancata osservanza di tali istruzioni può comportare lesioni alle persone o danni al tiralatte Harmony! Sono presenti diversi simboli di avvertenza. Ogni simbolo viene utilizzato insieme a uno specifico termine. Le combinazioni di simbolo di avvertenza/termine indicano:



Attenzione

La mancata osservanza di tali istruzioni può provocare lesioni (lievi) o contaminazione/formazione di batteri.



Nota

La mancata osservanza di tali istruzioni può comportare danni materiali.



Informazioni

Informazioni utili o importanti non correlate alla sicurezza.

90

Simboli sulla confezione



Questo simbolo indica che il materiale è oggetto di un processo di recupero/riciclo.



Questo simbolo indica una confezione in cartone.



Questo simbolo indica che il dispositivo non deve essere esposto alla luce solare.



Questo simbolo indica che il dispositivo è fragile e deve essere maneggiato con attenzione.



Questo simbolo indica i limiti di temperatura per funzionamento, trasporto e conservazione.



Questo simbolo indica i limiti di umidità per funzionamento, trasporto e conservazione.



Questo simbolo indica i limiti di pressione atmosferica per funzionamento, trasporto e conservazione.



Questo simbolo indica di mantenere il dispositivo asciutto.



La confezione contiene prodotti destinati a venire a contatto con alimenti secondo il regolamento 1935/2004.



Questo simbolo indica il codice univoco GSI Global Trade Item Number (GTIN).



Questo simbolo indica di seguire le istruzioni per l'uso.



Questo simbolo indica il produttore.



Questo simbolo CE indica la conformità del tiralatte Harmony ai requisiti fondamentali della Direttiva del Consiglio 93/42/CEE del 14 giugno 1993 relativa ai dispositivi medici.

Simboli sul dispositivo



Questo simbolo indica il codice di riciclaggio (qui 05 per materiale in polipropilene PP).



Questo simbolo indica il codice di riciclaggio (qui 7 per tutto il materiale che non è contrassegnato dagli altri codici di riciclaggio).

PP

Questo codice indica l'utilizzo del polipropilene.



Questo simbolo CE indica la conformità del tiralatte Harmony ai requisiti fondamentali della Direttiva del Consiglio 93/42/CEE del 14 giugno 1993 relativa ai dispositivi medici.

3. Importanti informazioni di sicurezza



Per la sicurezza e la salute del vostro bambino

ATTENZIONE!

La mancata osservanza delle informazioni di sicurezza presenti in queste pagine può comportare situazioni di pericolo.

Dispositivo



Il tiralatte Harmony non è resistente al calore: tenere lontano da radiatori e fiamme libere.



Non esporre il tiralatte Harmony alla luce diretta del sole.



Controllare l'eventuale usura o danneggiamento dei componenti del tiralatte. Non utilizzare mai un dispositivo difettoso. Gettare al primo segnale di danneggiamento o usura.

Importante

- I Le bottiglie e i componenti in plastica diventano fragili se congelati e potrebbero rompersi cadendo.
- I Inoltre, le bottiglie e i componenti potrebbero danneggiarsi se non maneggiati correttamente, ad esempio se vengono fatti cadere, se serrati eccessivamente o rovesciati.
- I Prestare attenzione quando si maneggiano le bottiglie e i componenti.
- I Non utilizzare il latte materno se le bottiglie o i componenti sono danneggiati.

Uso



Usare il tiralatte Harmony solo per l'uso previsto, come descritto nel presente manuale.



Prestare particolare attenzione quando si utilizza il tiralatte Harmony in prossimità di bambini. Mantenere tutti i componenti non utilizzati fuori dalla portata dei bambini.



In caso di problemi o se si avverte dolore, consultare il proprio consulente per l'allattamento o il medico.



Il prodotto deve essere utilizzato da un singolo utente. L'uso da parte di più persone può esporre a rischi per la salute.

4. Descrizione del prodotto

4.1 Harmony: leggero, pratico, intelligente



Complimenti per l'acquisto del tiralatte Harmony, un'ottima scelta: Harmony è il primo tiralatte manuale dotato di tecnologia 2-Phase Expression, che imita il ritmo di suzione naturale del bambino. L'impugnatura ergonomica della pompa consente di alternare movimenti brevi con funzione di stimolo e movimenti più lunghi per l'estrazione del latte. Proprio come la suzione del bambino quando è alimentato al seno. È quindi possibile estrarre più latte in meno tempo.

Il tiralatte Harmony è perfetto per l'uso occasionale. Ad esempio, se si presenta l'esigenza di lasciare da solo il bambino per brevi periodi, per fare sport o per concedersi un'uscita serale. O se si desidera coinvolgere il partner nell'allattamento. Harmony è utilizzabile anche in aggiunta a un tiralatte a noleggio. L'utilizzo di Harmony è indicato in caso di problemi di salute, come capezzoli screpolati, appiattiti o rientrati.

94

Le caratteristiche principali del tiralatte Harmony sono:

- I Facile da montare, utilizzare e pulire
- I Estrazione silenziosa e discreta
- I Leggero da trasportare, per essere indipendenti ovunque



Harmony include solo il tiralatte.

Harmony Pump & Feed Set include il tiralatte, Calma Solitaire e quattro coppette assorbilatte monouso.

Nelle presenti istruzioni per l'uso, il nome Harmony si riferisce a entrambe le versioni, salvo ove diversamente indicato.

4.2 Componenti del prodotto

Per le parti di ricambio e gli accessori disponibili consultare il capitolo 12.



* per altre taglie di coppe per il seno consultare il capitolo 12

5. Pulizia



Attenzione

- I Separare e lavare tutti i componenti che entrano in contatto con il seno o con il latte materno subito dopo l'uso per evitare l'essiccazione dei residui di latte e prevenire la formazione di batteri.
- I Per la pulizia, usare esclusivamente acqua potabile. Per evitare contaminazioni, non toccare la parte interna dei componenti dopo la pulizia.
- I Non pulire il set di pompaggio con oggetti affilati (come ad esempio stuzzicadenti).
- I Prestare attenzione a non danneggiare i componenti del set di pompaggio durante la pulizia.
- I Alcuni componenti del set di pompaggio Harmony sono di dimensioni molto piccole (ad esempio la guarnizione O-ring o la membrana della valvola). Verificare che non manchi alcun componente durante il montaggio del set di pompaggio dopo la pulizia.

Nota

- I Il set di pompaggio non necessita di manutenzione.
- I In caso di lavaggio in lavastoviglie dei singoli componenti del set di pompaggio, è possibile che alcuni subiscano un cambiamento di colore. Ciò non comporta effetti sul funzionamento.
- I Non esporre il set di pompaggio o parti di esso alla luce diretta del sole o a fonti di calore.
- I Non utilizzare sterilizzatori chimici.

5.1 Prima del primo impiego e dopo ciascun utilizzo

1



Smontare il set di pompaggio nei singoli componenti.

4



Risciacquare tutti i componenti con acqua pulita e fredda (20 °C circa) per 10-15 secondi.



Risciacquare tutti i componenti con acqua pulita e fredda (20 °C circa). Verificare la presenza di eventuali danni ai singoli componenti e gettare ai primi segni di danneggiamento o di usura.



Pulire tutti i componenti con abbondante acqua saponata tiepida (30 °C circa).



Asciugare con un panno pulito o lasciare asciugare su un panno pulito.

oppure



Se i singoli componenti del set di pompaggio sono lavati in lavastoviglie, posizionarli nel cestello superiore o nello scomparto per le posate.

In alternativa alle operazioni 2, 3 e 4.

5. Pulizia



Attenzione

- I Non immergere in acqua bollente i componenti del set di pompaggio.
- I Per evitare contaminazioni, non toccare la parte interna dei componenti dopo la sterilizzazione.
- I **Separare e lavare tutti i componenti che entrano in contatto con il seno o con il latte materno subito dopo l'uso per evitare l'essiccazione dei residui di latte e prevenire la formazione di batteri.**
- I Per la pulizia, usare esclusivamente acqua potabile.

98



Nota

- I Durante la bollitura dei componenti del set di pompaggio, l'aggiunta di un cucchiaino di acido citrico consente di evitare la formazione di depositi calcarei. Grazie all'uso dell'acido citrico, sui componenti rimangono meno tracce di calcare. Per il risciacquo, utilizzare acqua potabile. Asciugare i componenti come illustrato in figura 3 a destra.

5.2 Prima del primo impiego e una volta al giorno

1



Smontare il set di pompaggio nei singoli componenti.

3



Asciugare con un panno pulito o lasciare asciugare su un panno pulito. Conservare i componenti puliti in una sacca o in un contenitore puliti e traspiranti, oppure in un panno o in carta puliti e traspiranti fino all'utilizzo successivo.

2a



oppure

2b



Coprire tutti i componenti con acqua e lasciare bollire per cinque minuti.

Utilizzare una sacca per microonde Quick Clean* secondo le istruzioni.

5. Pulizia

5.3 Pulizia - riepilogo



100

Prima del primo impiego e dopo ciascun utilizzo

Risciacquare con acqua pulita e fredda (20 °C circa), poi pulire con abbondante acqua saponata tiepida (30 °C circa) e infine risciacquare con acqua pulita e fredda per 10-15 secondi;

oppure lavare in lavastoviglie (nel cestello superiore o nello scomparto per le posate).

√ √ √ √ √ √ √ √

Prima del primo impiego e una volta al giorno

Coprire con acqua e lasciare bollire per cinque minuti;

oppure utilizzare una sacca per microonde Quick Clean secondo le istruzioni.

√ √ √ √ √ √ √ √

√ -- √ √ √ √ √ √



6. Preparazione all'estrazione



Attenzione

I Lavarsi accuratamente le mani (per circa un minuto) con acqua e sapone prima di toccare il seno e i componenti del tiralatte.



Nota

I Utilizzare esclusivamente accessori originali Medela.

I Verificare che la guarnizione O-ring (bianca) si trovi posizionata sul supporto:



_____ O-ring

_____ Supporto

L'O-ring favorisce la tenuta del collegamento tra l'impugnatura e il connettore a 2 componenti, necessaria per creare il vuoto.



Informazioni

I Eseguire tutte le operazioni con attenzione e montare correttamente il set di pompaggio per un funzionamento ottimale.

6.1 Montaggio dell'impugnatura

1



Inserire il supporto (con la guarnizione O-ring) nel foro sul lato superiore del diaframma. Il supporto e il diaframma sono componenti dell'impugnatura del tiralatte.


6.2 Montaggio del set di pompaggio

1



Inserire con cautela la coppa per il seno nell'apertura superiore del connettore.

2




Assicurarsi che la base a forma ovale del supporto sia correttamente posizionata nel diaframma.

3



Posizionare il diaframma nell'impugnatura del tiralatte. Esercitare una ferma pressione lungo tutto il bordo per garantire una tenuta adeguata.

2



Posizionare la membrana della valvola in posizione orizzontale sulla testa della valvola. Spingere delicatamente la manopola sul retro della membrana nel foro più piccolo della testa fino a farla scattare in sede. La membrana deve aderire alla testa della valvola.

3



Spingere la testa della valvola sull'anello interno del connettore. La testa della valvola deve essere posizionata lateralmente (come illustrato nell'immagine sopra).

6. Preparazione all'estrazione

6.2 continua



Avvitare la bottiglia al connettore.



Inserire il supporto del gruppo dell'impugnatura nell'apertura superiore del connettore. Spingere finché il supporto scatta in posizione.

104

6.3 Posizionamento della coppa per il seno






Pulire il seno con un panno caldo (non usare alcool). Posizionare la coppa per il seno sul seno in modo che il capezzolo sia ben centrato nel condotto.



Trattenere la coppa sul seno con il pollice e l'indice. Sostenere il seno con il palmo della mano.

La coppa per il seno è quella giusta?



È importante che la coppa per il seno aderisca in modo corretto. La giusta coppa per il seno assicura comfort ed efficienza nell'estrazione del latte. La figura A sopra illustra la coppa per il seno della misura corretta. La coppa per il seno in figura B è troppo piccola, quella in figura C troppo grande.

Rispondere alle seguenti domande per sapere se la misura della coppa per il seno è corretta.

- I Il capezzolo si muove liberamente nel condotto del paracapezzolo?
- I L'areola è in minima parte o per nulla attirata nel condotto della coppa?
- I Si nota un movimento delicato e ritmico del seno a ogni ciclo della pompa?
- I Dopo l'estrazione, si avverte una minor pienezza del seno, senza aree di durezza?
- I Non si avverte alcun dolore al capezzolo?

Se la risposta a tutte le domande è „Sì“ la coppa per il seno è della misura corretta.

Se la risposta a una qualunque di tali domande è „No“ o in caso di problemi o di sensazioni di dolore durante l'estrazione, la misura della coppa per il seno potrebbe non essere quella corretta. Medela offre coppe per il seno PersonalFit™ di cinque taglie diverse. Chiedere consiglio al consulente per l'allattamento o a un'ostetrica di fiducia.

7. Estrazione



Attenzione

- I Lavarsi accuratamente le mani (per circa un minuto) con acqua e sapone prima di toccare il seno e i componenti del tiralatte.
- I Consultare il proprio consulente per l'allattamento o l'ostetrica se la quantità di latte estratta è minima o nulla oppure se l'estrazione risulta dolorosa.

106



Nota

- I Non tenere il set di pompaggio tramite la bottiglia. Potrebbero verificarsi il blocco o l'ingorgo dei dotti lattiferi.
- I Riempire la bottiglia solo fino al segno di 150 ml.

1



Iniziare l'estrazione con la stimolazione: premere verso il basso la parte più piccola dell'impugnatura. È il componente con sopra le gocce di latte. Premere e rilasciare velocemente e ripetere ulteriormente l'operazione finché il latte inizia a fluire.

- La modalità Stimolazione imita la suzione iniziale veloce del bambino ed è studiata per stimolare il flusso del latte.

2



Una volta che il latte inizia a fluire, passare su estrazione: premere verso il basso la parte più bassa e lunga dell'impugnatura. Per effetto di tale pressione si crea un vuoto che facilita il flusso del latte. Il livello di vuoto è controllabile mediante la velocità del movimento dell'impugnatura e la compressione creata. Stabilire liberamente il ritmo di aspirazione migliore.

- La modalità Estrazione imita la suzione più lenta e rilassata del bambino. È pensata per ottenere il massimo flusso di latte.

3



Arrestare l'estrazione quando non esce più latte o al riempimento della bottiglia. Usare il supporto della bottiglia per evitare ribaltamenti.

4



Pulire come descritto
al capitolo 5

Svitare la bottiglia dal connettore. Chiudere la bottiglia con il coperchio multifunzione. Conservare il latte materno (seguire le istruzioni riportate nel prossimo capitolo, il capitolo 8).

8. Conservazione e scongelamento del latte materno

8.1 Conservazione

Linee guida per la conservazione del latte materno appena estratto

(Per bambini sani, nati a termine)

Temperatura ambiente	Frigorifero	Congelatore	Latte materno scongelato
4-6 ore a una temperatura compresa tra 19 e 26 °C (tra 66 e 78 °F)	3-8 giorni a una temperatura di 4 °C (39 °F) o inferiore	6-12 mesi a una temperatura compresa tra 18 e 20 °C (tra 0 e 4 °F)	In frigorifero per un massimo di 10 ore. Non ricongelare!

I Non conservare il latte materno nella porta del frigorifero. Scegliere invece la parte più fredda del frigorifero (la parte posteriore del ripiano in vetro sopra lo scomparto delle verdure).

8.2 Congelamento

I È possibile congelare il latte materno appena estratto in bottiglie per latte o in sacche „Pump & Save“*. Non riempire le bottiglie o le sacche per più di $\frac{3}{4}$, in modo da lasciare lo spazio per l'eventuale dilatazione.

I Etichettare le bottiglie o le sacche „Pump & Save“ con la data di estrazione.

8.3 Scongelamento



Attenzione

Non scongelare il latte materno e non scaldarlo in un forno a microonde o in una pentola di acqua bollente per evitare la perdita di vitamine, sali minerali e altre importanti sostanze e per evitare ustioni.

I Al fine di preservare i componenti del latte materno, scongelare il latte nel frigorifero durante la notte. In alternativa, è possibile tenere la bottiglia o la sacca „Pump & Save“ sotto l'acqua calda (max. 37 °C).

I Far roteare delicatamente la bottiglia o la sacca „Pump & Save“ per miscelare il grasso eventualmente separato. Evitare di scuotere o mescolare il latte.

* Per ulteriori informazioni visitare il sito www.medela.com

9. Alimentazione con latte materno



Informazioni

Medela consiglia Calma per l'alimentazione con latte materno.

Con Calma

Il vostro bambino può alimentarsi, fare una pausa e respirare regolarmente;
Il latte defluisce quando si crea un vuoto;
Il comportamento di alimentazione naturale del bambino viene mantenuto, consentendo un ritorno semplice all'allattamento al seno.



Calma: la soluzione perfetta per l'alimentazione con latte materno.

Sul sito di Medela (www.medela.com) sono disponibili informazioni dettagliate su Calma.

A seguito dell'esauritivo lavoro di ricerca svolto, Medela è una delle prime aziende al mondo a tenere conto del comportamento dei neonati durante l'allattamento al seno nelle proprie innovazioni 2-Phase Expression e Calma. 2-Phase Expression imita il ritmo naturale di suzione del bambino per estrarre più latte in meno tempo. Movimenti brevi atti alla stimolazione sono seguiti da altri più lunghi, il che garantisce un flusso ottimale del latte. L'innovativo strumento di alimentazione per il latte materno Calma consente al neonato di fermarsi e respirare durante l'alimentazione, mantenendo al contempo il comportamento di suzione appreso al seno. Sviluppato per favorire un'ottimale esperienza di allattamento al seno.



* Calma è incluso solo in Harmony Pump & Feed Set. È anche disponibile separatamente; si prega di consultare il capitolo 12.

10. Risoluzione dei problemi

Problema	Soluzione
Se la suzione è scarsa o inesistente	- Assicurarsi che la testa gialla della valvola e la membrana bianca siano pulite e non danneggiate. - Assicurarsi che la membrana aderisca alla testa della valvola. - Assicurarsi che la testa della valvola sia posizionata lateralmente sul connettore. - Assicurarsi che i componenti dell'impugnatura siano montati correttamente. - Verificare tutti i collegamenti. - Assicurarsi che la coppa per il seno aderisca completamente al seno.
In caso di flusso del latte assente	- Assicurarsi che il tiralatte sia montato correttamente e che vi sia suzione. - Rilassarsi e prendersi una pausa di 10-15 minuti, se l'estrazione non viene raggiunta dopo due sessioni consecutive di estrazione. - Consultare il proprio consulente per l'allattamento o l'ostetrica se l'estrazione continua a non verificarsi.

In caso di guasto del prodotto, contattare la filiale locale.
L'indirizzo è indicato sul retro del presente manuale di istruzioni.

11. Smaltimento

Il tirialatte Harmony è realizzato in plastica.
Smaltire secondo le normative locali.



12. Cura completa durante l'allattamento al seno

Sono disponibili presso i distributori Medela le seguenti varianti del prodotto, parti di ricambio, materiali di consumo e accessori del tiralatte Harmony. Per ordinare un prodotto specificare il nome del prodotto o il numero di prodotto (articolo) corrispondente.

Varianti del prodotto

Codice articolo	Prodotto
005.2052	Harmony™ DE/FR/IT
005.2062	Harmony™ Pump & Feed Set DE/FR/IT

Parti di ricambio

Codice articolo	Prodotto
099.0259	Impugnatura Harmony
099.0260	Membrana Harmony completa

Materiali di consumo

Codice articolo	Prodotto
800.0727	Valvole e membrane. Componenti aggiuntive per l'utilizzo con Harmony, Swing, Base, Mini Electric, Lactina e Symphony. Consistono di due teste delle valvole e sei membrane.

Accessori

Codice articolo	Prodotto	
008.0327	Coppa per il seno PersonalFit™ taglia S (21 mm)	
008.0328	Coppa per il seno PersonalFit™ taglia M (24 mm)	
008.0329	Coppa per il seno PersonalFit™ taglia L (27 mm)	
008.0330	Coppa per il seno PersonalFit™ taglia XL (30 mm)	
008.0331	Coppa per il seno PersonalFit™ taglia XXL (36 mm)	
800.0796	Bottiglie per latte materno 150 ml – 3 unità	
200.1659	Bottiglie per latte materno 250 ml - 2 unità	
008.0315	Sacche per latte materno Pump & Save™	
008.0142	Calma Solitaire	

Altri prodotti Medela sono disponibili su www.medela.com.



Inhoudsopgave

1. Beoogd gebruik/populatie – contra-indicatie	117
2. Betekenis van de symbolen	118
3. Belangrijke veiligheidsinformatie	120
4. Productomschrijving	122
4.1 Harmony – licht, handig, slim	122
4.2 Productonderdelen	123
5. Reiniging	124
5.1 Voorafgaand aan het eerste gebruik en na elk gebruik	124
5.2 Voorafgaand aan het eerste gebruik en daarna eenmaal per dag	126
5.3 Reiniging – samenvatting	128
6. Voorbereidingen voor het afkolven	130
6.1 De handgreep in elkaar zetten	130
6.2 De afkolfset in elkaar zetten	130
6.3 Het borstschild plaatsen	132
7. Afkolven	134
8. Moedermelk bewaren en ontdooien	136
8.1 Bewaren	136
8.2 Invriezen	136
8.3 Ontdooien	136
9. Moedermelk voeden	137
10. Problemen oplossen	138
11. Afvalverwijdering	139
12. Volledige verzorging tijdens de borstvoedingsperiode	140
13. Technische specificaties	171

1. Beoogd gebruik/populatie – contra-indicatie



Het beoogde gebruik en indicaties van borstkolven

Borstkolven zijn bedoeld voor gebruik door lacterende moeders, thuis of in het ziekenhuis. Borstkolven worden geïndiceerd om de symptomen van stuwingsmiddelen met het afkolven van moedermelk te verzachten. In geval van mastitis ondersteunen borstkolven het genezingsproces door moedermelk uit de aangedane borst te kolven. Door het afkolven worden tepels met wondjes en kloven minder belast, en kunnen vlakke of ingetrokken tepels naar buiten worden gebracht. Borstkolven zijn ook bedoeld om moedermelk te geven aan baby's die om diverse redenen niet rechtstreeks aan de borst kunnen drinken, bijvoorbeeld wegens problemen met aanleggen, gespleten gehemelte of in geval van premature baby's.

117

Beoogde patiëntenpopulatie / gebruikers

Adolescente pediatrie of volwassen lacterende moeders. Veel vrouwen vinden het gemakkelijk, en soms ook noodzakelijk, om nadat ze weer aan het werk zijn gegaan, op reis zijn, of om andere redenen van hun baby zijn gescheiden, met behulp van een borstkolf de moedermelk af te kolven en te bewaren. Vrouwen zijn vaak blij te horen dat een borstkolf gebruikt kan worden als ondersteuning bij het geven van borstvoeding en dat sommige kolven zo zijn ontworpen dat ze het zuigen van een baby imiteren.

Contra-indicaties

Er zijn geen contra-indicaties bekend voor de Harmony borstkolf.

2. Betekenis van de symbolen

Het waarschuwingssymbool geeft belangrijke veiligheidsinstructies aan. Als deze instructies niet worden gevolgd, kan dit letsel of schade aan de Harmony borstkolf veroorzaken! Er zijn verschillende waarschuwingssymbolen. Elk symbool wordt in combinatie met een specifiek woord gebruikt. De symbool-woordcombinaties staan voor:



Waarschuwing

Het niet in acht nemen van dit type aanwijzing kan (licht) letsel of besmetting/groei van bacteriën als gevolg hebben.



Opmerking

Het niet in acht nemen van dit type aanwijzing kan materiële schade als gevolg hebben.



Info

Nuttige of belangrijke informatie die niet gerelateerd is aan de veiligheid.

Symbolen op de verpakking



Dit symbool geeft aan dat het materiaal deel uitmaakt van een terugwinnings-/recyclingproces.



Dit symbool geeft een kartonnen verpakking aan.



Dit symbool geeft aan dat het apparaat niet in zonlicht geplaatst mag worden.



Dit symbool geeft aan dat het apparaat voorzichtig behandeld moet worden.



Dit symbool geeft de temperatuurbeperkingen aan bij gebruik, transport en opslag.



Dit symbool geeft de vochtigheidsbeperkingen aan bij gebruik, vervoer en opslag.



Dit symbool geeft de luchtdrukbeperkingen aan bij bediening, transport en opslag.



Dit symbool geeft aan dat het apparaat droog gehouden moet worden.



De verpakking bevat producten die zijn goedgekeurd om in contact te komen met levensmiddelen conform EG-verordening 1935/2004.



Dit symbool geeft de unieke GSI-identificatie van handelseenheden (GTIN) aan.



Dit symbool wil zeggen dat de gebruiksaanwijzing gevolgd moet worden.



Dit symbool duidt de fabrikant aan.



Dit CE-symbool geeft aan dat de Harmony borstkolf voldoet aan de essentiële eisen van de Richtlijn 93/42/EEC van de Raad van 14 juni 1993 betreffende medische hulpmiddelen.

Symbolen op het apparaat



Dit symbool geeft de recyclingcode aan (in dit geval 05 voor materiaal vervaardigd van polypropyleen PP).



Dit symbool geeft de recyclingcode aan (in dit geval 7 voor alle materialen die niet worden aangeduid door de andere recyclingcodes).

PP

Deze code geeft aan dat bij de fabricage van het product polypropyleen is gebruikt.



Dit CE-symbool geeft aan dat de Harmony borstkolf voldoet aan de essentiële eisen van de Richtlijn 93/42/EEC van de Raad van 14 juni 1993 betreffende medische hulpmiddelen.

3. Belangrijke veiligheidsinformatie



Voor de veiligheid en de gezondheid van uw kind

WAARSCHUWING!

Als de op deze pagina's vermelde veiligheidsinformatie niet wordt opgevolgd, kan dit gevaar opleveren.

Apparaat



De Harmony borstkolf is niet hittebestendig: weghouden van radiatoren en open vuur.



Plaats de Harmony borstkolf niet in direct zonlicht.



Controleer de componenten van de borstkolf op slijtage en beschadiging. Gebruik nooit een defect apparaat. Gooi onderdelen weg bij de eerste tekenen van beschadiging of verzwakking.

Belangrijk:

- I Door invriezen worden de plastic flessen en onderdelen bros en is er een verhoogde kans op breken als ze vallen.
- I Ook kunnen flessen en onderdelen beschadigd raken bij verkeerde hantering, bv. als ze vallen, te vast worden dichtgedraaid of worden omgestoten.
- I Ga voorzichtig om met flessen en onderdelen.
- I Gebruik de moedermelk niet als de flessen of onderdelen beschadigd zijn.

Gebruik



Gebruik de Harmony borstkolf alleen voor het doel waarvoor deze bestemd is, zoals beschreven in deze gebruiksaanwijzing.



Er is toezicht vereist als u de Harmony borstkolf in de buurt van kinderen gebruikt. Houd alle delen die niet worden gebruikt buiten het bereik van kinderen.



Consulteer uw lactatiekundige of arts in geval van problemen of pijn.



Dit product is bestemd voor gebruik door één persoon. Gebruik door meer dan één persoon kan gezondheidsrisico's met zich meebrengen.

4. Productomschrijving

4.1 Harmony – licht, handig, slim



Uw aankoop van de Harmony borstkolf was een juiste keuze: Harmony is de eerste handkolf die is gebaseerd op de 2-Phase Expression-technologie. Deze technologie bootst het natuurlijke zuigritme van uw baby na. Door de ergonomische hanggreep is het mogelijk te schakelen tussen korte bewegingen die stimuleren en langere bewegingen om de melk af te kolven. Precies zoals uw baby zuigt als u borstvoeding geeft. Daardoor kunt u in minder tijd meer melk afkolven.

De Harmony borstkolf is ideaal voor incidenteel gebruik. Bijvoorbeeld als u korte tijd niet bij uw baby kunt zijn, bv. om te gaan sporten of bij een avondje uit. Of als u uw partner bij de borstvoeding wilt betrekken. U kunt de Harmony ook gebruiken naast een gehuurde borstkolf. De Harmony kan ook helpen bij gezondheidsproblemen zoals pijnlijke, vlakke of ingetrokken tepels.

De belangrijkste kenmerken van uw Harmony borstkolf:

- I Gemakkelijk in elkaar te zetten, te gebruiken en te reinigen
- I Zacht en discreet afkolven
- I Gemakkelijk mee te nemen; zo blijft u onafhankelijk en mobiel

122



De Harmony bestaat alleen uit de borstkolf.

De Harmony Pump & Feed Set bestaat uit de borstkolf, Calma Solitaire en vier zoogcompressen voor eenmalig gebruik.

In de gebruiksaanwijzing wordt met de naam Harmony naar beide varianten van de pomp verwezen, tenzij anders is aangegeven.

4.2 Productonderdelen

Leverbare reserveonderdelen en accessoires zijn vermeld in hoofdstuk 12.



* voor borstschilden in andere maten, zie hoofdstuk 12

5. Reiniging



Waarschuwing

- I Haal de borstkolf uit elkaar en maak alle onderdelen die in aanraking komen met de borst en moedermelk onmiddellijk na het gebruik schoon, om te voorkomen dat melkresten opdrogen en om de vorming van bacteriën tegen te gaan.
- I Gebruik voor het reinigen alleen water van drinkkwaliteit. Raak de binnenkant van de onderdelen na reiniging niet meer aan om verontreiniging te voorkomen.
- I Reinig de afkolfset niet met een scherp voorwerp (zoals een tandenstoker).
- I Pas op dat u tijdens het reinigen geen onderdelen van de afkolfset beschadigt.
- I Sommige delen van de Harmony afkolfset zijn erg klein (bv. de O-ring of het membraan van de vacuümklep). Controleer dat er geen onderdelen ontbreken als u de afkolfset na het reinigen in elkaar zet.



Opmerking

- I De afkolfset vergt geen onderhoud.
- I De onderdelen van de afkolfset kunnen verkleuren als ze in de vaatwasser worden gereinigd. Dit is niet van invloed op de functie.
- I Stel (delen van) de afkolfset niet bloot aan direct zonlicht of hitte.
- I Gebruik geen chemische sterilisatiemiddelen.

5.1 Voorafgaand aan het eerste gebruik en na elk gebruik

1



Haal de afkolfset tot losse onderdelen uit elkaar.

4



Spoel alle onderdelen 10 - 15 seconden in koud, schoon water van circa 20 °C.



Spoel alle onderdelen in koud, schoon water van circa 20 °C. Controleer de onderdelen en gooi ze weg bij de eerste tekenen van beschadiging of verzwakking.



Maak alle delen schoon in ruim warm zeepwater (circa 30 °C).



Droog ze af met een schone doek of leg ze op een schone doek om te drogen.

of



Als u de afzonderlijke onderdelen van de afkolfset in de vaatwasser reinigt, leg ze dan in het bovenste reik of in de bestekmand.

Als alternatief voor de stappen 2, 3 en 4.

5. Reiniging



Waarschuwing

- I De delen van de afkolfset mogen niet in kokend water worden gehouden of gelegd.
- I Om verontreiniging te voorkomen, na sterilisatie niet de binnenkant van de onderdelen aanraken.
- I **Haal de borstkolf uit elkaar en maak alle onderdelen die in aanraking komen met de borst en moedermelk onmiddellijk na gebruik schoon, om te voorkomen dat melkresten opdrogen en om de vorming van bacteriën tegen te gaan.**
- I Gebruik voor het reinigen alleen water van drinkkwaliteit.



Opmerking

- I Als u de onderdelen van de afkolfset in kokend water reinigt, kunt u een theelepel citroenzuur toevoegen om kalkaanslag te voorkomen. Bij het gebruik van citroenzuur kunnen er minieme sporen op de onderdelen van de afkolfset achterblijven. Gebruik drinkwater om deze sporen af te spoelen. Droog de onderdelen zoals getoond in figuur 3 rechts.

5.2 Voorafgaand aan het eerste gebruik en daarna eenmaal per dag

1



Haal de afkolfset tot losse onderdelen uit elkaar.

3



Droog ze af met een schone doek of leg ze op een schone doek om te drogen. Bewaar de schone onderdelen tot het volgende gebruik in een luchtdoorlatende, schone tas/verpakking of in een luchtdoorlatende, schone papieren zak/doek.

2a



Zorg dat alle delen onder water staan en laat vijf minuten koken.

of

2b



Gebruik een Quick Clean Magnetronezak* volgens de aanwijzingen.

5. Reiniging

5.3 Reiniging – samenvatting



Voorafgaand aan het eerste gebruik en na elk gebruik

Spoel in koud, schoon water (ongeveer 20 °C), reinig daarna in ruim warm zeepwater (ongeveer 30 °C) en spoel ten slotte 10 - 15 seconden in koud, schoon water;

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Of reinig de onderdelen in de vaatwasser (op het bovenste rek of in de bestekmand).

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Voorafgaand aan het eerste gebruik en daarna eenmaal per dag

Zorg dat alle delen onder water staan en laat vijf minuten koken;

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Of gebruik een Quick Clean Magne-tronzak volgens de aanwijzingen.

✓

--

✓

✓

✓

✓

✓

✓



6. Voorbereidingen voor het afkolven



Waarschuwing

I Was uw handen grondig (gedurende ca. een minuut) met zeep en water, voordat u uw borst en delen van de afkolfset aanraakt.



Opmerking

I Gebruik alleen originele accessoires van Medela.

I Controleer of de (witte) O-ring zich nog om de steel bevindt:



_____ O-ring

_____ Steel

De O-ring zorgt voor een verzegelde afsluiting tussen de handgreep en de 2-componentenconnector. Dit is nodig om een vacuüm te vormen.



Info

I Voer alle stappen zorgvuldig uit en zet de afkolfset op de juiste wijze in elkaar zodat hij optimaal functioneert.

6.1 De handgreep in elkaar zetten

1




Breng de steel (met de O-ring) in de opening aan de bovenkant van het diafragma. De steel en het diafragma zijn onderdelen van de handgreep van de kolf.

6.2 De afkolfset in elkaar zetten

1




Plaats het borstschild voor-
zichtig in de opening aan de
bovenkant van de connector.



Zorg ervoor dat de ovaalvormige basis van de steel zich in de juiste positie in het diafragma bevindt.



Plaats het diafragma in de handgreep van de kolf. Druk rondom de rand stevig aan om een juiste afsluiting te bewerkstelligen.



Plaats het membraan van de vacuümklep horizontaal op de vacuümklep. Druk de knop aan de achterkant van het membraan voorzichtig in de kleinste opening van de vacuümklep tot deze vastklikt. Het membraan moet plat op de vacuümklep liggen.



Druk de vacuümklep op de binnering van de connector. De vacuümklep moet zijdelings gepositioneerd zijn (zoals u kunt zien op de afbeelding hierboven).

6. Voorbereidingen voor het afkolven

6.2 vervolg



Schroef de fles op de connector.



Plaats de steel van de hand-greepset in de opening aan de bovenkant van de connector. Druk aan tot de steel vastklikt.

6.3 Het borstschild plaatsen






Veeg uw borst af met een warme doek (gebruik geen alcohol). Plaats het borstschild op uw borst met de tepel in het midden van de schacht.



Houd het borstschild met uw duim en wijsvinger op de borst. Ondersteun uw borst met de palm van uw hand.

Past het borstschild?



Het is belangrijk dat het borstschild goed aansluit. Een goed passend borstschild zorgt voor comfortabel en efficiënt afkolven. In figuur A hierboven ziet u een borstschild met de juiste maat. Het borstschild in figuur B is te klein, dat in figuur C te groot.

Beantwoord de volgende vragen om te bepalen of uw borstschild goed aansluit:

- I Kan de tepel vrij binnen de schacht van het schild bewegen?
- I Wordt er geen of slechts een minimaal deel van uw tepelhof in de schacht van het borstschild getrokken?
- I Ziet u bij elke cyclus van de kolf een rustige, ritmische beweging in uw borst?
- I Voelt uw borst na het afkolven veel minder vol, zonder harde plekken?
- I Is uw tepel pijnvrij?

Als u al deze vragen met „Ja“ kunt beantwoorden, heeft uw borstschild de juiste maat. Als uw antwoord op een van deze vragen „Nee“ is, of als u tijdens het afkolven problemen of pijn ondervindt, heeft het borstschild mogelijk niet de juiste maat. Medela biedt PersonalFit™-borstschilden aan in vijf verschillende maten. Vraag uw borstvoedingsdeskundige/lactatiekundige of verloskundige om advies.

7. Afkolven



Waarschuwing

- I Was uw handen grondig (gedurende ca. een minuut) met zeep en water, voordat u uw borst en delen van de afkolfset aanraakt.
- I Raadpleeg uw verloskundige of borstvoedingsdeskundige/lactatiekundige als u slechts een minimale hoeveelheid of geen melk kunt afkolven of als het afkolven pijnlijk is.



Opmerking

- I Pak de afkolfset niet vast aan de fles. Dit kan leiden tot stuwing en verstopping van de melkkanalen.
- I Vul de fles niet verder dan tot aan de 150 ml-markering

1



Start het afkolven met stimuleren: druk het kleinste deel van de handgreep naar beneden. Dit is het onderdeel waarop melkdruppels zijn afgebeeld. Druk en laat snel weer los, herhalen tot de melkstroom op gang komt.

- De stimulatiemodus imiteert de eerste snelle zuigbewegingen van uw baby. Deze snelle zuigbewegingen stimuleren de melkstroom.

2



Als de melk gaat stromen, schakel dan over op afkolven: druk het onderste, lange deel van de handgreep omlaag. Hierdoor wordt een vacuüm gecreëerd waardoor het stromen van de melk wordt bevorderd. Door de snelheid waarmee de handgreep wordt ingeknepen en de druk die wordt gecreëerd, regelt u het vacuümniveau. Beslis zelf welk kolfrimte voor u optimaal is.

→ De afkolfmodus imiteert de langzame, ontspannen zuigbewegingen van uw baby. De afkolfmodus is bedoeld om de melkstroom te maximaliseren.

3



Stop het afkolven als u merkt dat de melk niet meer stroomt of als de fles vol is. Gebruik de flesstandaard om te voorkomen dat de fles omvalt.

4



Reinigen zoals
beschreven in
hoofdstuk 5

Draai de fles los van de connector. Sluit de fles af met het multideksel. Bewaar de moedermelk (volg de aanwijzingen die in het volgende hoofdstuk 8 worden gegeven).

8. Moedermelk bewaren en ontdooien

8.1 Bewaren

Richtlijnen voor het bewaren van vers afgekolfdde moedermelk

(Voor gezonde, voldragen baby's)

Kamertemperatuur	Koelkast	Diepvriezer	Ontdooide moedermelk
4 - 6 uur bij 19 tot 26 °C (66 tot 78 °F)	3 - 8 dagen bij 4 °C (39 °F) of lager	6 - 12 maanden -18 tot -20 °C (0 tot 4 °F)	In de koelkast max. 10 u. Niet opnieuw invriezen!

I Bewaar moedermelk niet in de deurvakken van de koelkast. Kies in plaats daarvan de koelste plaats in de koelkast (dat is achterin op de glazen plaat boven het groentecompartiment).

8.2 Invriezen

I Vers afgekolfdde moedermelk kan worden ingevroren in melkflesjes of in „Pump & Save“* moedermelkbewaarzakjes. De flesjes of de Pump & Save moedermelkbewaarzakjes niet verder dan voor ¾ vullen, zodat er ruimte overblijft voor mogelijk uitzetten bij invriezen.

I Plak een etiket met daarop de afkolfdatum op de flessen of op de „Pump & Save“ moedermelkbewaarzakjes.

8.3 Ontdooien



Waarschuwing

Ingevroren moedermelk niet in een magnetron of in een pan met kokend water ontdooien, om verlies van vitaminen, mineralen, andere belangrijke ingrediënten en eventuele brandwonden te voorkomen.

I Ontdooi de melk door deze gedurende een nacht in de koelkast te plaatsen. Zo blijven de ingrediënten van de moedermelk goed beschermd. Een andere mogelijkheid is om het flesje of de „Pump & Save“-zak in warm water (max. 37 °C) te plaatsen.

I Het flesje of de „Pump & Save“-zak behoedzaam schudden om eventueel gescheiden vet door de melk te mengen. Vermijd hard schudden en roeren van de melk.

* Meer informatie vindt u op www.medela.nl of www.medela.be

10. Problemen oplossen

Probleem	Oplossing
Er is weinig of geen zuigkracht	- Controleer of de gele vacuümklep en het witte membraan schoon en onbeschadigd zijn. - Controleer of het membraan van de vacuümklep plat op de vacuümklep ligt. - Controleer of de vacuümklep zijdelings op de connector is gepositioneerd. - Controleer of de onderdelen van de handgreep correct in elkaar zijn gezet. - Controleer alle aansluitingen. - Zorg ervoor dat het borstschild de borst rondom luchtdicht afsluit.
Er komt geen melkstroom op gang	- Controleer of de borstkolf correct in elkaar is gezet en er zuigkracht is. - Ontspan en neem 10-15 minuten pauze als het afkolven na twee opeenvolgende stimulatiesessies niet op gang komt. - Raadpleeg uw borstvoedingsdeskundige/lactatiekundige of verloskundige als de melkstroom ook dan niet op gang komt.

Functioneert het product niet naar behoren, neem dan contact op met de dichtstbijzijnde Medela-vestiging.

U vindt de adressen aan de achterkant van deze handleiding.

11. Afvalverwijdering

De Harmony is vervaardigd van kunststof.

Afvalverwijdering moet plaatsvinden in overeenstemming met de plaatselijke voorschriften.



12. Volledige verzorging tijdens de borstvoedingsperiode

De volgende productvarianten, vervangingsonderdelen, verbruiksartikelen en accessoires voor de Harmony borstkolf zijn verkrijgbaar via de distributiepartners van Medela. U kunt een product bestellen door de productnaam of het desbetreffende product-/artikelnummer op te geven.

Productvarianten

Artikelnummer	Product
005.2055	Harmony™ EN/NL/FR
005.2066	Harmony™ Pump & Feed Set EN/NL/FR

Reserveonderdelen

Artikelnummer	Product
099.0259	Harmony handgreep
099.0260	Harmony membraan compleet

Verbruiksartikelen

Artikelnummer	Product
800.0727	Vacuümkleppen en membranen - Extra onderdelen voor gebruik met de Harmony, Swing, Base, Mini Electric, Lactina en Symphony. Bestaat uit twee vacuümkleppen en zes membranen.

Accessoires

Artikelnummer	Product	
008.0337	PersonalFit™ borstschild S (21 mm)	
008.0338	PersonalFit™ borstschild M (24 mm)	
008.0339	PersonalFit™ borstschild L (27 mm)	
008.0340	PersonalFit™ borstschild XL (30 mm)	
008.0341	PersonalFit™ borstschild XXL (36 mm)	
800.0796	Moedermelkflesjes 150 ml – 3 stuks	
200.1659	Moedermelkflesjes 250 ml – 2 stuks	
008.0315	Pump & Save™ moedermelkbewaarzakjes	
008.0140	Calma Solitaire	

Andere producten van Medela vindt u op www.medela.com.



Daftar Isi

1. Peruntukan/Populasi - Kontraindikasi	145
2. Arti simbol	146
3. Petunjuk keselamatan penting	148
4. Uraian produk	150
4.1 Harmony - ringan, nyaman, pintar	150
4.2 Bagian produk	151
5. Membersihkan	152
5.1 Sebelum menggunakannya untuk kali pertama dan selanjutnya	152
5.2 Sebelum menggunakannya untuk kali pertama dan sekali setiap hari	154
5.3 Pembersihan - ringkasan	156
6. Persiapan memompa	158
6.1 Memasang pegangan	158
6.2 Merakit set memompa	158
6.3 Menempatkan breast shield	160
7. Ekspresi	162
8. Menyimpan dan mencairkan ASI	164
8.1 Menyimpan	164
8.2 Membekukan	164
8.3 Mencairkan	164
9. Memberikan ASI	165
10. Jika ada masalah	166
11. Pembuangan	167
12. Perawatan lengkap selama periode menyusui	168
13. Spesifikasi teknis	171

1. Peruntukan/Populasi - Kontraindikasi



Peruntukan dan indikasi pompa ASI ini

Pompa ASI ini ditujukan untuk membantu ibu-ibu menyusui di rumah sakit atau di rumah untuk memerah ASI. Indikasi pompa ASI adalah meringankan gejala pembengkakan dengan memerah ASI. Untuk kasus mastitis, pompa ASI mendukung proses penyembuhan dengan membuang ASI dari payudara yang sakit. Pompa ASI ini ditujukan untuk meringankan puting luka dan retak dan mengembalikan posisi puting yang terbenam atau datar. Pompa ASI ini juga memudahkan para ibu memberikan ASI pada bayi yang tidak dapat menyusu secara langsung akibat gangguan menghisap, bibir sumbing, atau lahir prematur.

Populasi pasien/pengguna yang dituju

Perempuan menjelang dewasa atau ibu menyusui Banyak perempuan merasa nyaman, atau bahkan perlu, menggunakan pompa ASI untuk mengeluarkan dan menyimpan ASI saat kembali bekerja, atau selama melakukan perjalanan atau saat sedang jauh dari bayi mereka. Wanita senang mengetahui bahwa pompa ASI dapat digunakan untuk menyempurnakan pemberian ASI dan bahwa beberapa jenis pompa dirancang khusus untuk bayi yang sedang menyusu.

Kontraindikasi

Tidak ada kontraindikasi untuk pompa ASI Harmony.

2. Arti simbol

Simbol peringatan berisi semua petunjuk penting bagi keselamatan. Patuhi petunjuk-petunjuk tersebut untuk menghindari cedera atau kerusakan pada pompa ASI Harmony! Terdapat beberapa simbol peringatan. Setiap simbol digunakan secara bersamaan dengan kata yang spesifik. Kombinasi simbol / kata peringatan merupakan:



Awas

Kegagalan untuk mengikuti instruksi dari jenis ini dapat menyebabkan (minor) cedera atau kontaminasi / pertumbuhan bakteri.



Catatan

Kegagalan untuk mengikuti instruksi dari jenis ini dapat menyebabkan material menjadi rusak.



Info

Informasi berguna atau penting yang tidak berhubungan dengan keselamatan.

Simbol pada kemasan



Simbol ini berarti produk menggunakan bahan hasil daur ulang.



Simbol ini berarti kemasan karton.



Simbol ini berarti jauhkan perangkat dari sinar matahari.



Simbol ini berarti barang mudah pecah tangani dengan hati-hati.



Simbol menunjukkan batasan suhu pengoperasian, pengangkutan, dan penyimpanan.



Simbol ini menunjukkan batasan kelembaban pengoperasian, pengangkutan, dan penyimpanan.



Simbol ini menunjukkan batasan tekanan atmosfer untuk pengoperasian, pengangkutan, dan penyimpanan.



Simbol ini artinya jaga perangkat tetap kering.



Paket berisi produk yang ditujukan berhubungan dengan makanan sesuai dengan peraturan 1935/2004.



Simbol ini menunjukkan Nomor Item Perdagangan Global GSI (GTIN) unik.



Simbol ini artinya patuhi petunjuk penggunaan.



Simbol ini menunjukkan produsen alat.



Simbol CE ini menunjukkan kepatuhan Pompa ASI Harmony dengan persyaratan penting dari Council Directive 93/42/EEC 14 Juni 1993 tentang peralatan medis.

Simbol pada perangkat



Simbol ini menunjukkan kode daur ulang (di sini 05 untuk bahan terbuat dari polypropylene PP).



Simbol ini menunjukkan kode daur ulang (di sini 7 untuk semua bahan yang tidak ditentukan oleh kode daur ulang lainnya).

PP

Kode ini menunjukkan penggunaan polypropylene.



Simbol CE ini menunjukkan kepatuhan Pompa ASI Harmony dengan persyaratan penting dari Council Directive 93/42/EEC 14 Juni 1993 tentang peralatan medis.

3. Petunjuk keselamatan penting



Untuk keselamatan dan kesehatan anak Anda
AWAS!

Kegagalan untuk mengikuti informasi keselamatan
pada halaman ini dapat menyebabkan bahaya.

Produk



Pompa ASI Harmony tidak tahan panas: jauhkan dari radiator dan api terbuka.



Hindarkan pompa ASI Harmony dari sinar matahari langsung.



Periksa komponen ASI untuk pemakaian atau kerusakan. Jangan menggunakan produk rusak. Buang pada saat ditemukan tanda tanda kerusakan atau kecacatan.

Penting:

- I Botol dan bagian komponen dari plastik menjadi rapuh jika beku dan dapat pecah jika jatuh.
- I Selain itu, botol dan bagian-bagian komponen dapat rusak jika tidak ditangani dengan benar, misalnya, terjatuh, terlalu kencang, atau terbentur.
- I Hati-hati saat menangani botol dan komponen.
- I Jangan gunakan ASI jika botol atau komponen rusak.

Penggunaan



Gunakan pompa ASI Harmony sesuai peruntukannya seperti diuraikan di dalam buku petunjuk ini.



Hati-hati saat menggunakan pompa ASI Harmony ini di sekitar anak-anak. Jauhkan semua bagian yang tidak sedang digunakan dari jangkauan anak-anak.



Jika muncul gangguan atau rasa sakit, hubungi konsultan laktasi atau dokter Anda.



Satu produk satu pengguna saja. Menggunakannya secara bergantian berbahaya bagi kesehatan.

4. Uraian produk

4.1 Harmony - ringan, nyaman, pintar



Dengan membeli pompa ASI Harmony, Anda telah memilih dengan baik: Harmony merupakan pompa ASI manual pertama yang berdasarkan Teknologi Ekspresi 2-Fase. Teknologi ini meniru irama mengisap alami bayi Anda. Pegangan pompa yang ergonomis memungkinkan Anda untuk bergantian antara gerakan pendek untuk merangsang dan yang lebih panjang, untuk mengekspresikan ASI. Sama seperti bayi Anda menghisap ketika sedang menyusui di payudara Anda. Sebagai hasilnya, Anda dapat mengekspresikan lebih banyak ASI dalam waktu yang lebih sedikit.

Pompa ASI Harmony sangat ideal untuk penggunaan sesekali. Misalnya, apabila Anda perlu untuk meninggalkan bayi Anda untuk jangka pendek, misalnya melakukan olahraga atau keluar malam. Atau apabila Anda ingin melibatkan pasangan Anda dalam menyusui. Anda juga dapat menggunakan Harmony di samping pompa yang disewakan. Harmony juga dapat membantu mengatasi masalah kesehatan, seperti puting lecet, datar atau terbenam.

Fitur utama dari pompa ASI Harmony:

- I Mudah dipasang, digunakan dan dibersihkan
- I Tidak bersuara dan tidak kentara dalam memompa
- I Ringan dibawa, sesuai dengan penggunaan rumah dan berpergian



Harmony hanya meliputi pompa ASI.

Harmony Pump & Feed Set meliputi pompa ASI, Calma Solitaire dan empat kantong pembuangan.

Melaui petunjuk untuk penggunaan anam Harmony silakan merujuk ke kedua versi pompa kecuali telah ditentukan.

4.2 Bagian produk

Anda dapat menemukan suku cadang dan aksesoris tersedia untuk pemesanan di chapter 12.



* untuk ukuran corong lain, baca chapter 12

5. Membersihkan



Awas

- I Lepas dan cuci semua komponen yang berkontak dengan payudara dan ASI segera setelah digunakan untuk menghindari sisa ASI yang mengering dan mencegah pertumbuhan bakteri.
- I Hanya gunakan air yang benar-benar bersih untuk membersihkan produk. Untuk menghindari kontaminasi, jangan menyentuh bagian dalam bagian-bagian setelah dibersihkan.
- I Jangan membersihkan set memompa dengan benda tajam (seperti tusuk gigi).
- I Hati-hati jangan sampai merusak set memompa saat dibersihkan.
- I Beberapa bagian dari set memompa Harmony sangat kecil (misalnya O-ring atau katup membran). Periksa apakah ada bagian yang hilang ketika Anda memasang set memompa setelah dibersihkan.



Catatan

- I Set memompa tidak memerlukan perawatan khusus.
- I Apabila Anda membersihkan bagian dari set memompa kedalam mesin cuci piring, bagian-bagian tersebut dapat berubah warna. Perubahan warna ini tidak mengurangi fungsi produk.
- I Jangan biarkan (bagian dari) set memompa di bawah sinar matahari langsung atau panas.
- I Tidak menggunakan steriliser kimia.

5.1 Sebelum menggunakannya untuk kali pertama dan selanjutnya

1



Melepas set memompa menjadi bagian-bagian tersendiri.

4



Bilas semua bagian dengan air bersih dingin (suhu kira-kira 20 °C) selama 10 - 15 detik.



Bilas semua bagian dengan air bersih dingin (suhu kira-kira 20 °C). Periksa bagian-bagian dari kerusakan dan buang pada saat ditemukan tanda-tanda kerusakan atau kecacatan.



Bersihkan semua bagian dengan air sabun hangat yang banyak (suhu kira-kira 30 °C).



atau

Keringkan dengan kain bersih atau biarkan mengering di atas kain bersih.



Sebagai alternatif untuk langkah 2, 3 dan 4.

Taruh set memompa di rak atas atau rak pisau jika Anda membersihkannya di pencuci perabot.

5. Membersihkan



Awas

- I Jangan menjatuhkan bagian dari set memompa ke dalam air mendidih.
- I Untuk menghindari kontaminasi, tidak menyentuh bagian dalam dari komponen-komponen setelah sterilisasi.
- I **Lepas dan cuci semua bagian yang berkontak dengan payudara dan ASI segera setelah digunakan untuk menghindari sisa ASI yang mengering dan mencegah pertumbuhan bakteri.**
- I Hanya gunakan air yang benar-benar bersih untuk membersihkan produk.



Catatan

- I Bila Anda merebus bagian dari set memompa, Anda bisa menambahkan satu sendok teh asam sitrat untuk menghindari penumpukan limescale. Bila Anda menggunakan asam sitrat, mungkin masih tersisa pada bagian-bagian pompa. Gunakan air minum berkualitas untuk membersihkannya. Keringkan bagian seperti yang ditunjukkan pada gambar 3 ke kanan.

5.2 Sebelum menggunakannya untuk kali pertama dan sekali setiap hari

1



Urai set memompa per komponennya.

3



Keringkan dengan kain bersih atau biarkan mengering di atas kain bersih. Simpan bagian-bagian bersih di wadah / kantung yang berpori, bersih, atau di kain / kertas yang berpori, bersih hingga pemakaian berikutnya.

2a



atau

2b



Rendam semua bagian dalam air dan rebus selama lima menit.

Gunakan Kantung Microwave Quick Clean* sesuai petunjuk.

5. Membersihkan

5.3 Pembersihan - ringkasan



Sebelum menggunakannya untuk kali pertama dan selanjutnya

Bilas dengan air dingin, jernih (sekitar 20 ° C), kemudian bersihkan dengan air sabun hangat (sekitar 30 ° C) dan akhirnya bilas dengan air dingin, jernih selama 10 - 15 detik;

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Atau cuci di mesin cuci piring (di rak atas atau di bagian sendok garpu).

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Sebelum menggunakannya untuk kali pertama dan sekali setiap hari

Rendam dengan air dan dididihkan selama lima menit;

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Atau gunakan kantung Microwave Quick Clean sesuai petunjuk.

✓

--

✓

✓

✓

✓

✓

✓



6. Persiapan memompa



Awas

I Cuci tangan Anda secara menyeluruh (untuk kira-kira satu menit) dengan sabun dan air sebelum menyentuh payudara Anda dan bagian-bagian pompa.



Catatan

I Gunakan aksesori asli Medela saja.

I Periksa apakah O-ring (putih) masih berada di sekitar tangkai:



_____ O-ring

_____ Tangkai

O-ring membuat koneksi tersegel antara pegangan dan 2-konektor komponen dimungkinkan. Hal ini diperlukan untuk membangun vakum.

6.1 Memasang pegangan

1



Masukkan tangkai (dengan O-ring) ke dalam lubang di bagian atas diafragma. Tangkai dan diafragma adalah bagian pegangan pompa.

6.2 Merakit set memompa

1




Dengan hati-hati masukkan corong ke pembukaan atas konektor.



Info


I Laksanakan semua langkah di atas dengan hati-hati dan rangkai set memompa dengan benar.



Pastikan alas tangkai berbentuk oval memiliki posisi yang tepat dalam diafragma.



Tempatkan diafragma ke pegangan pompa. Tekan dengan kuat di sekitar seluruh tepi untuk memastikan segel yang tepat.



Tempatkan katup membran dalam posisi horisontal pada kepala katup. Dengan hati-hati dorong knop di bagian belakang membran ke dalam lubang terkecil dari kepala sampai menyatu. Membran harus menempel di bagian atas.



Dorong kepala katup ke cincin bagian dalam konektor. Kepala katup harus diposisikan ke samping (seperti yang Anda lihat pada gambar di atas).

6. Persiapan memompa

6.2 bersambung



Pasang botol ke konektor.



Masukkan tangkai yang telah dirakit di pegangan ke dalam lubang di atas konektor. Dorong hingga tangkai terkunci ke tempatnya.

6.3 Menempatkan breast shield




Bersihkan payudara dengan kain hangat (jangan gunakan alkohol). Tempatkan corong pada payudara Anda sehingga puting Anda benar berpusat di dalam terowongan.



Tahan corong ke payudara dengan ibu jari dan telunjuk Anda. Sangga payudara dengan telapak tangan Anda.

Apakah corong Anda sesuai?



Penting bahwa corong sesuai secara benar. Corong yang sesuai secara benar memastikan kenyamanan dan ekspresi ASI secara efisien. Gambar A di atas menunjukkan corong dengan ukuran yang benar. Corong pada gambar B terlalu kecil, yang di gambar C terlalu besar.

Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut untuk mengetahui apakah corong Anda sesuai secara benar:

- I Apakah puting Anda bergerak bebas di dalam terowongan?
- I Apakah sebagian jaringan di sekitar puting sedikit tertarik ke terowongan corong atau tidak sama sekali?
- I Apakah Anda melihat gerakan lembut dan ritmis pada payudara selama siklus pemompaan?
- I Setelah memompa, apakah payudara Anda terasa lebih ringan, dengan tidak ada daerah yang keras?
- I Apakah puting Anda tidak terasa nyeri?

Jika jawaban untuk semua pertanyaan ini adalah „Ya“, maka corong Anda telah sesuai dengan benar. Jika jawaban untuk semua pertanyaan ini adalah „Tidak“, atau jika Anda mengalami masalah atau sakit saat ekspresi, corong Anda mungkin bukan ukuran yang tepat. Medela menawarkan lima ukuran yang berbeda dari corong PersonalFit™. Konsultasikan ke konsultan laktasi dan menyusui atau bidan untuk meminta saran.

7. Ekspresi



Awas

- I Cuci tangan Anda secara menyeluruh (untuk kira-kira satu menit) dengan sabun dan air sebelum menyentuh payudara Anda dan bagian-bagian pompa.
- I Hubungi bidan atau konsultan laktasi dan menyusui apabila ASI yang dihasilkan terlalu sedikit atau tidak keluar sama sekali atau Anda merasa nyeri selama fase ekspresi.



Catatan

- I Jangan menggunakan botol untuk menahan set memompa. Hal ini dapat menyebabkan pembengkakan dan penyumbatan saluran susu.
- I Isi botol tidak lebih dari tanda 150 ml.

1



Mulai memompa dengan stimulasi: tekan bagian kecil dari pegangan. Ini adalah bagian dengan gambar ASI menetes di bagian atas. Tekan dan lepas dengan cepat berulang kali sampai ASI mulai mengalir.

- Mode Stimulasi meniru hisapan awal yang cepat dari bayi Anda. Hal ini dirancang untuk merangsang aliran susu.

2



Setelah susu mulai mengalir, beralih ke ekspresi: tekan ke bawah bagian pegangan yang lebih panjang, lebih rendah. Dengan demikian, Anda membangun vakum yang memfasilitasi aliran susu. Anda mengontrol tingkat vakum dengan kecepatan kayuhan pegangan dan tekanan yang dibuat. Putuskan sendiri irama memompa mana yang terbaik untuk Anda.

→ Mode Ekspresi meniru pengisapan bayi yang lebih lambat, lebih santai. Hal ini dirancang untuk memaksimalkan aliran susu.

3



Berhenti memompa pada saat Anda merasa bahwa susu tidak mengalir lagi atau ketika botol penuh. Gunakan kaki botol untuk mencegahnya terbalik.

4



Bersihkan seperti yang dijelaskan di chapter 5

Lepaskan botol dari konektor. Tutup botol dengan multi tutupnya. Simpan ASI (ikuti instruksi dalam bab berikutnya, chapter 8).

8. Menyimpan dan mencairkan ASI

8.1 Menyimpan

Pedoman untuk penyimpanan baru ASI

(Untuk bayi yang lahir dan normal)

Suhu ruangan	Kulkas	Lemari beku	Pencairan ASI
4 - 6 jam pada 19 sampai 26°C (66 sampai 78°F)	3 - 8 hari pada 4°C (39°F) atau lebih rendah	6 - 12 bulan -18 to -20 °C (0 to 4 °F)	Di dalam lemari es untuk maksimum 10 j. Jangan dibekukan kembali!

I Tidak menyimpan ASI pada pintu kulkas. Sebaliknya pilih bagian yang terdingin dari lemari es (terletak di belakang rak kaca diatas rak sayuran).

8.2 Membekukan

I Anda dapat membekukan ASI di dalam botol susu atau kantung "Pump & Save"*.
Jangan mengisi botol atau kantung lebih dari $\frac{3}{4}$ penuh untuk memberikan ruang untuk kemungkinan pengembangan.

I Cantumkan tanggal ekspresi pada botol atau kantung „Pump & Save“.

8.3 Mencairkan



Awas

Jangan mencairkan ASI atau jangan menghangatkan ASI di dalam microwave atau merebus dengan air mendidih di dalam panci untuk menghindari hilangnya vitamin, mineral dan protein-protein penting lainnya dan untuk mencegah terbakar.

I Untuk mempertahankan komponen-komponen ASI , cairkan didalam lemari es semalam. Cara lain, Anda dapat memegang botol atau kantung „Pump & Save“ di bawah air hangat (maks. 37 °C).

I Secara lembut putar botol atau kantung „Pump & Save“ untuk mencampur lemak yang terpisah. Hindari mengocok atau mengaduk susu.

* Informasi lebih lanjut ada di www.medela.com

9. Memberikan ASI

i Info

Medela merekomendasikan Calma untuk memberikan ASI.

Dengan Calma

I bayi Anda dapat minum, beristirahat sejenak dan bernafas secara teratur.

I susu akan mengalir ketika kondisi vakum tercapai.

I perilaku menyusu alami bayi Anda dipertahankan sehingga transisi kembali ke payudara dapat dilakukan dengan mudah.



Calma - solusi unik untuk memberikan ASI.

Anda dapat menemukan informasi lebih rinci tentang Calma di situs Medela (www.medela.com).

Berkat penelitian yang komprehensif, Medela menjadi salah satu perusahaan pertama di dunia yang berhasil merefleksikan perilaku menyusu bayi lewat inovasinya yaitu 2 Phase Expression dan Calma.

2-Phase Expression meniru ritme alami bayi mengisap untuk memerah ASI lebih banyak dalam waktu yang lebih singkat. Pola stimulasi pendek diikuti pola stimulasi yang lebih panjang, sehingga menghasilkan aliran susu yang optimal. Berkat perangkat Calma yang unik ini, bayi dapat beristirahat dan bernafas selama menyusu sekaligus mempertahankan perilaku menyusu yang mereka pelajari secara alami. Dikembangkan untuk pengalaman menyusui yang baik.



* Calma hanya termasuk di Harmony Pump & Feed Set. Tersedia pula secara terpisah. Silakan merujuk ke chapter 12.

10. Jika ada masalah

Gangguan	Tindakan
Isapan lemah atau tidak ada sama sekali	- I Pastikan kepala katup kuning dan membran putih, bersih dan tidak rusak. - I Pastikan membran terletak datar di kepala katup. - I Pastikan kepala katup diposisikan menyamping pada konektor. - I Pastikan komponen pegangan dirakit dengan benar. - I Periksa semua sambungan. - I Pastikan corong menutup payudara dengan sempurna.
Jika tidak ada aliran ASI	- I Pastikan ASI Anda telah terpasang dengan benar dan ada hisap. - I Santai dan istirahat 10-15 menit jika ekspresi tidak tercapai setelah dua sesi memompa berturut-turut. - I Konsultasikan dengan konsultan laktasi dan menyusui Anda atau bidan jika ekspresi masih tidak terjadi.

Dalam kasus kegagalan produk, silakan hubungi cabang perusahaan lokal Anda. Anda dapat menemukan alamat di balik instruksi manual ini.

11. Pembuangan

Pompa ASI Harmony terbuat dari plastik.
Anda harus membuangnya sesuai dengan peraturan lokal.



12. Perawatan lengkap selama periode menyusui

Varian produk, suku cadang, dan aksesoris untuk Pompa ASI Harmony berikut tersedia dari mitra distributor Medela. Anda dapat memesan produk dengan menyebutkan nama produk atau nomor (artikel) produk yang sesuai.

Varian produk

Nomor artikel	Produk
005.2055	Harmony™
005.2066	Harmony™ Pump & Feed Set

Suku cadang

Nomor artikel	Produk
099.0259	Pegangan Harmony
099.0260	Membran Harmony komplet

Habis pakai

Nomor artikel	Produk
800.0727	Katup & Membran – Terdapat bagian ekstra untuk penggunaan Harmony, Swing, Base, Mini Electric, Lactina dan Symphoni, Terdiri dari dua kepala katup dan enam membrane.

Aksesoris

Nomor artikel	Produk
008.0337	PersonalFit™ Breast shield S (21 mm)
008.0338	PersonalFit™ Breast shield M (24 mm)
008.0339	PersonalFit™ Breast shield L (27 mm)
008.0340	PersonalFit™ Breast shield XL (30 mm)
008.0341	PersonalFit™ Breast shield XXL (36 mm)
800.0796	Botol ASI 150 ml - 3 pcs.
200.1659	Botol ASI 250 ml - 2 pcs.
008.0315	Kantung ASI Pump & Save™
008.0139	Calma Solitaire



Produk lain dari Medela dapat dilihat di situs web www.medela.com.



13. Technical specifications



Vacuum (shield size M)
 Vakuum (Brusthaubengröße M)
 Vide (Téterelle taille M)
 Vuoto (taglia della coppa M)
 Vacuüm (borstschild maat M)
 Vakum (ukuran tangkup dada M)

Stimulation phase	Expression phase
Stimulationsphase	Abpumpphase
Phase de stimulation	Phase d'expression
Fase di stimolazione	Fase di estrazione
Stimulatiefase	Atkolfase
Fase stimulasi	Fase ekspresi
0...-180 mmHg	0...-230 mmHg
0...-24 kPa	0...-31 kPa



Operation
 Betrieb
 Utilisation
 Funzionamento
 Bediening
 Pengoperasian
 Transport/Storage
 Transport/Lagerung
 Transport/stockage
 Trasporto/Conservazione
 Vervoer/opslag
 Pengangkutan/Penyimpanan



Operation
 Betrieb
 Utilisation
 Funzionamento
 Bediening
 Pengoperasian
 Transport/Storage
 Transport/Lagerung
 Transport/stockage
 Trasporto/Conservazione
 Vervoer/opslag
 Pengangkutan/Penyimpanan



Transport/Storage/Operation
 Transport/Lagerung/Betrieb
 Transport/stockage/utilisation
 Trasporto/Conservazione/Funzionamento
 Vervoer/opslag/bediening
 Pengangkutan/Penyimpanan/Pengoperasian



Medela AG
Lättichstrasse 4b
6341 Baar, Switzerland
www.medela.com

International Sales

Medela AG
Lättichstrasse 4b
6341 Baar
Switzerland
Phone +41 41 562 51 51
www.medela.com

Germany & Austria

Medela Medizintechnik
GmbH & Co. Handels KG
Postfach 1148
85378 Eching
Germany
Phone +49 89 31 97 59-0
Fax +49 89 31 97 59 99
info@medela.de
www.medela.de

France

Medela France Sarl
14, rue de la Butte Cordière
91154 Etampes Cedex
France
Phone +33 1 69 16 10 30
Fax +33 1 69 16 10 32
info@medela.fr
www.medela.fr

Italy

Medela Italia Srl
Via Turrini, 13-15 – Loc. Bargellino
40012 Calderara di Reno (BO)
Italy
Phone +39 051 72 76 88
Fax +39 051 72 76 89
info@medela.it
www.medela.it

Netherlands & Belgium

Medela Benelux BV
Uilenwaard 31
5236 WB 's-Hertogenbosch
The Netherlands
Phone +31 73 690 40 40
Fax +31 73 690 40 44
info@medela.nl
info@medela.be
www.medela.nl
www.medela.be

United Kingdom

Medela UK Ltd.
Huntsman Drive
Northbank Industrial Park
Irlam, Manchester M44 5EG
United Kingdom
Phone +44 161 776 0400
Fax +44 161 776 0444
info@medela.co.uk
www.medela.co.uk

Australia

Medela Australia Pty Ltd,
Medical Technology
3 Arco Lane, Heatherton, Vic 3202
Australia
Phone +61 3 9552 8600
Fax +61 3 9552 8699
contact@medela.com.au
www.medela.com.au

Switzerland

Medela AG
Lättichstrasse 4b
6341 Baar
Switzerland
Phone +41 848 633 352
Fax +41 41 562 51 00
contact@medela.ch
www.medela.ch